



# Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2026 EDITAL

Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**

Tipo: **MENOR PREÇO POR ITEM**

### 1. PREÂMBULO

**1.1.** A Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim – FHSTE, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob número 89.421.259/0001-10, instituída pela Lei Municipal nº 3431 de 27 de dezembro de 2001, inscrita no registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas de Erechim sob nº 3.369, TORNA PÚBLICO, que necessita adquirir mediante Pregão Eletrônico, regido pela Lei 14.133/2021 e alterações posteriores, e pelas disposições do presente Edital, equipamentos e materiais permanentes, conforme objeto do presente instrumento.

**1.2.** As Propostas de Preço serão recebidas no período de 23 de fevereiro de 2026, a partir das 08h30min, a 05 de março de 2026 até as 08h30min (oito horas e trinta minutos) horário de Brasília no site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)

**1.3.** O início da Sessão de Disputa de Preços (Lances) será no dia 05 de março de 2026 às 09h00min.

**1.4.** A entrega da proposta leva a empresa participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente Edital.

### 2. OBJETO DA LICITAÇÃO

**2.1.** A aquisição, pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, de materiais e equipamentos permanentes para Hemodiálise, uma unidade de Sistema de tratamento de água por osmose reversa, conforme Portaria SES nº 240/2024 e conforme memorial descritivo e demais anexos deste edital, contemplando projeto para instalação, entrega, montagem, partida técnica, garantia e treinamento aos colaboradores indicados pela FHSTE.

### 3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

**3.1.** Poderão participar deste processo licitatório:

**3.1.1.** Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

### 4. DAS RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

**4.1.** Não poderão participar diretamente ou indiretamente deste Pregão Eletrônico:

**4.1.1.** Empresas que não atenderem às condições deste Edital;

**4.1.2.** Empresas que estejam em processo de recuperação judicial ou em processo falimentar, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação;

**4.1.3.** Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de licitar e contratar com a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim;

**4.1.3.1.** Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

- a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União:

<http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc>

- b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça:

[www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)

4.1.4. Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.1.5. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País.

4.1.6. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica.

4.1.7. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado.

4.1.8. Agente público da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, sendo observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação.

4.1.9. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.1.10. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista

### 5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

5.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4. Quando da participação das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser dotados os critérios estabelecidos no art. 44 da Lei Complementar 123/2006.

### 6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

6.1. A licitante vencedora deverá apresentar obrigatoriamente original ou cópia autenticada em cartório, a seguinte documentação:

#### 6.1.1. Habilitação Jurídica

6.1.1.1. Requerimento de empresário, no caso de empresa individual; ou



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

6.1.1.2. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações contratuais ou última alteração contratual com a respectiva Consolidação.

c) Inscrição no ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

**6.1.2.** Para empresas estrangeiras (EXPORTADORAS) representadas por proponentes nacionais, deverá ser apresentada, além das demais documentações, procuração (original ou cópia autenticada), da empresa estrangeira, outorgando à empresa nacional expressos poderes para receber citação e responder administrativamente e/ou judicialmente por eventuais litígios decorrentes da contratação.

### **6.1.2. Qualificação Técnica:**

a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a capacidade do licitante em fornecer equipamentos compatíveis em especificação, quantidade e prazos, conforme objeto da presente Licitação, e em conformidade ao item em que a licitante apresentou a proposta

b) Autorização de Funcionamento em nome da empresa licitante, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, ou outro órgão que a antecedeu, conforme Decreto 8.077, de 14 de agosto de 2013, que regulamenta a Lei n.º 6.360/76 em seu Artigo 2º e com base na Lei n.º 9.782/99 de 20 de janeiro de 1999. Caso a licitante esteja desobrigada de tal autorização de funcionamento, deverá ser apresentada documentação que comprove tal condição.

c) Autorização de Funcionamento em nome do fabricante/importador dos produtos que estão sendo cotados pela empresa licitante, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, ou outro órgão que a antecedeu, conforme Decreto 8.077, de 14 de agosto de 2013, que regulamenta a Lei n.º 6.360/76 em seu Artigo 2º e com base na Lei n.º 9.782/99 de 20 de janeiro de 1999. Caso a fabricante esteja desobrigada de tal autorização de funcionamento, deverá ser apresentada documentação que comprove tal condição

### **6.1.3. Documentação relativa à Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista:**

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

a) Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal.

b) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio/sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de débitos com a Fazenda Municipal na sede da empresa licitante.

d) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pela Justiça do Trabalho em conformidade à Lei Federal n.º 12.440 de 7 de julho de 2011.
- f) Declaração expressa, informando a inexistência de menores de 18 (dezoito) nos realizando trabalho, noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, para a empresa licitante.
- g) Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, agente público da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, em conformidade ao art. 9º, §1º da Lei Federal n.º 14.133/2021.

### 6.1.4. Habilitação Econômico-Financeira:

**6.1.4.1.** Certidão Negativa de Falência e Concordata, Recuperações Judiciais ou Extrajudiciais emitida pelo órgão Distribuidor competente da comarca da sede do licitante.

**6.1.4.2.** Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demonstrações contábeis dos últimos 02 (dois) exercícios sociais, com os respectivos termos de abertura, ativo, passivo e termo de encerramento do livro diário, já exigíveis e apresentados na forma da lei com o Registro na Junta Comercial, devidamente assinado pelo representante legal da empresa e pelo profissional contábil, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

**6.1.4.2.1.** No caso de empresas constituídas há menos de dois anos, deverá ser apresentado balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demonstrações contábeis referente ao último exercício social, nas mesmas condições exigidas no subitem 6.1.4.2.

**6.1.4.2.2.** No caso de empresas constituídas no presente exercício, deverá ser apresentado o Balanço de abertura devidamente registrado na Junta Comercial e devidamente assinado por Contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo representante legal da empresa.

**6.1.4.2.3** No caso de Livro Digital deverá ser apresentada a cópia dos balanços patrimoniais (Ativo e Passivo) devidamente assinadas por Contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, juntamente com o Recibo de Entrega dos Livros Digitais junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e também o Requerimento de Autenticação de Livro Digital junto ao Departamento Nacional de Registro do Comércio, emitido pelo SPED, igualmente dos últimos 02 (dois) exercícios sociais.

**6.1.4.2.4.** A comprovação da boa situação financeira das licitantes será verificada pela obtenção do índice de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultante da aplicação das fórmulas abaixo, não sendo aceitos resultados menores a 1 (um), em qualquer dos índices:

**ILG** = Índice de Liquidez Geral

**SG** = Índice de Solvência Geral

**ILC** = Índice de Liquidez Corrente

$$\text{ILG} = \frac{(\text{Ativo Circulante}) + (\text{Realizável a Longo Prazo})}{(\text{Passivo Circulante}) + (\text{Exigível a Longo Prazo})}$$

$$\text{ISG} = \frac{(\text{Ativo Total})}{(\text{Passivo Circulante}) + (\text{Passivo não circulante})}$$

$$\text{ILC} = \frac{(\text{Ativo Circulante})}{(\text{Passivo Circulante})}$$



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

**6.1.4.2.4.** Se qualquer índice do Subitem anterior for inferior a 1 (um), a empresa participante deverá comprovar através do Balanço Patrimonial possuir patrimônio líquido de no mínimo R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) para evitar a inabilitação pelo referido Subitem.

**6.1.5.** As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar na documentação para Habilitação, Certidão expedida pela Junta Comercial (conforme artigo 8º da Instrução Normativa n.º 103 de 30/04/2007 Departamento Nacional de Registro do Comércio), ou Declaração firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.

**6.1.6.** As cooperativas beneficiárias dos Arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) deverão apresentar declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima.

**6.2.** A documentação exigida para habilitação deverá obrigatoriamente ser apresentada à Comissão de Contratação, junto ao Setor de Licitações da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim na **forma original ou cópia no prazo máximo de dois dias úteis** após o encerramento da etapa de lances, ou após ser declarada arrematante, prorrogável uma vez por igual período, desde que solicitado pela arrematante, e submetendo-se ao que segue abaixo:

**6.2.1.** Todos os documentos originais ou cópias, encaminhados à Comissão de Contratação deverão obedecer rigorosamente à ordem sequencial listada no subitem 6.1. deste Edital.

**6.2.2.** Os documentos deverão estar enumerados em ordem crescente e rubricados pela empresa licitante.

**6.2.3** Os documentos que possuírem autenticação eletrônica poderão ser enviados através dos e-mails [contratos2@fhste.com.br](mailto:contratos2@fhste.com.br) , [licitacao@fhste.com.br](mailto:licitacao@fhste.com.br) e [licitacao2@fhste.com.br](mailto:licitacao2@fhste.com.br).

**6.3.** O não cumprimento ao disposto nos subitens 6.2.1. e 6.2.2. deste Edital, não inabilitará a empresa licitante, mas impedirá a mesma de manifestar quaisquer recursos e/ou alegações sobre a inexistência de documentos exigidos para a habilitação.

**6.4.** Os documentos exigidos terão validade nos prazos que lhe forem próprios; inexistindo este prazo, reputar-se-ão válidos por noventa dias contados de sua expedição.

**6.5.** Poderá ser concedida prorrogação de prazo, por igual período e a critério da Comissão de Contratação para apresentação dos documentos exigidos para a habilitação, com exceção ao disposto no artigo 43 da Lei Complementar 123/2006.

**6.6.** As certidões e demais documentos extraídos da Internet e que possuam código para averiguação poderão ter a sua validade verificada pelo Pregoeiro e Membros da Comissão de Contratação. As demais documentações deverão ser apresentadas obrigatoriamente em via original ou cópia.

**6.6.1** A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante o Pregoeiro e Membros da Comissão de Contratação mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

**6.7.** As empresas licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos para habilitação.

**6.8.** Caso seja apresentado documento com prazo de validade vencido, e se o mesmo estiver disponível na Internet, o Pregoeiro e Membros da Comissão de Contratação poderão, no momento da análise da documentação, comprovar a regularidade da empresa perante o referido órgão.

**6.8.1.** O Pregoeiro e Membros da Comissão de Contratação, se impedidos de realizarem tal procedimento, em virtude de problemas relativos à falha da página eletrônica do órgão ou outro problema superveniente, que impeça a comprovação da regularidade da empresa, efetuará a inabilitação da licitante.

**6.9.** A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos apresentados, ensejará aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a administração pública, pelo prazo de até



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

três anos, bem como declaração de inidoneidade da empresa, independentemente das medidas penais cabíveis.

**6.10.** Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz, ou;

**6.11.** Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, exceto quanto à Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização, ou;

**6.12.** Se o licitante for a matriz e o fornecedor dos serviços for a filial, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente, devendo ser informado na proposta qual CNPJ será o prestador dos serviços;

**6.13.** Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz.

### 7. DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO

**7.1.** Somente poderão participar da licitação as cooperativas de trabalho que atuem, exclusivamente, em um único ramo de atividade, coincidente com aquele a ser contratado pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha.

**7.2.** As cooperativas, além de atenderem as exigências anteriores, pertinentes a habilitação, deverão apresentar os seguintes documentos, por força da Lei nº. 5764/71, combinada com o art. 16 da Lei Federal nº. 14.133/2021:

- a) Estatuto social, com ata da assembleia de aprovação, conforme a Lei nº. 5764/71, que comprove que a cooperativa tem como objeto a prestação de serviços exigidos nesta licitação.
- b) Regimento Interno (com a ata de assembleia que o aprovou).
- c) Registro na Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul – OCERGS e Certidão de Regularidade expedido pela mesma.
- d) Ata de fundação da cooperativa, devidamente registrada na Junta Comercial.
- e) Atas de eleição dos dirigentes e conselheiros fiscais, realizadas através de assembleias gerais ordinárias.
- f) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados (com ata de assembleias que o aprovou).
- g) Registro de presença dos cooperados em assembleias gerais.
- h) Certidão Negativa de Processo Administrativo junto ao Ministério Público do Trabalho.
- i) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho de que não há condenação trabalhista de associados contra a cooperativa gerando vínculo de emprego.

### 8. DA PROPOSTA DE PREÇO

**8.1.** As propostas de preços deverão ser apresentadas com base no “**VALOR UNITÁRIO**”, constando obrigatoriamente validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de desclassificação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico do portal [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br) no período de 23 de fevereiro de 2026, a partir das 08h30min, 05 de março de 2026 às 08h30min (oito horas e trinta minutos) horário de Brasília.

**8.1.1.** A proposta apresentada no portal [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br) **deverá conter o valor unitário por equipamento ofertado**, expresso em moeda nacional, com no máximo duas casas decimais após a vírgula, válido para ser praticado desde a data de sua apresentação na proposta, até o efetivo pagamento, e a descrição completa dos serviços em conformidade ao objeto do presente Edital.

**8.1.1.1.** Em caso de importação, o preço proposto será apurado em reais para efeito de classificação das propostas, o que prevalecerá até o dia da efetivação do pagamento da proforma invoice.

**8.1.2.** Incumbirá ainda à empresa licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

**8.2.** Deverão estar inclusos nos preços/lances, todas as despesas que o compõem, tais como custo, transporte, seguro e frete do equipamento até o local de instalação do equipamento, na Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza, incidentes ou necessárias para o cumprimento do objeto.

**8.3.** Serão desclassificadas propostas/lances que excedam o preço unitário de referência constante no subitem 11.1. e no relatório de estimativa de impacto financeiro, bem como, as propostas/lances com preço inexequível.

**8.4.** Serão desclassificadas também, as propostas/lances para equipamentos que não apresentem registro junto ao Ministério da Saúde.

**8.5.** A proposta de preços da empresa declarada arrematante, decorrida a fase de lances, deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa com os dados de identificação (razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail para contato, e dados bancários para depósito) no prazo máximo de dois dias úteis, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que solicitado pela arrematante, contados do encerramento da etapa de lances, e deverá contemplar:

- a) A quantidade, valor ofertado (em moeda nacional e estrangeira, se for o caso), descrição clara, completa e minuciosa do equipamento ofertado, com características, referências, nome do fabricante, marca, modelo, nome comercial, nº de registro no Ministério da Saúde e especificações técnicas detalhadas, tudo em língua portuguesa sob pena de desclassificação da proposta;  
**a1)** Em caso de importação, deverá constar qual é a moeda estrangeira para fins de pagamento. A conversão se dará no dia do pagamento da Proforma Invoice, não podendo ultrapassar o valor unitário adjudicado em moeda nacional (reais).
- b) Prazo de validade da proposta não inferior a cento e oitenta dias ininterruptos a contar da data de sua apresentação;
- c) Declaração de que o preço proposto compreende todas as despesas referentes ao objeto da presente Licitação em conformidade ao item 8.2. deste Edital.
- d) Caso a proposta for de venda internacional, a Contratada deverá emitir declaração de ciência das obrigações e recomendações contidas no subitem 8.6. do presente Edital, não sendo aceito nenhum questionamento após a formalização da proposta.
- e) Apresentar cópia autenticada ou documento extraído da internet no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária contendo o Registro Definitivo no Ministério da Saúde do equipamento ofertado;
- f) Prazo de entrega no máximo de 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos, a partir da data de emissão da ordem de compra, conforme cronograma constante no subitem 15.1.6 do presente edital.
- g) Indicar o agente, preferencialmente no Estado do Rio Grande do Sul, prestador da Assistência Técnica durante e após o período de garantia, e anexar documento do fabricante, comprovando ser a assistência técnica indicada devidamente reconhecida e autorizada a prestar serviços;
- h) Incluir relação detalhada com nome e telefone para contato, dos principais clientes/usuários dos equipamentos, idêntico ao ofertado, em número mínimo de 3 (três) contatos;
- i) Apresentar declaração informando que o equipamento ofertado não terá seu desenvolvimento descontinuado pelo período de no mínimo 05 (cinco) anos a partir da aceitação técnica emitida pela FHSTE;
- j) Declaração de ciência referente as condições de entrega, instalação e partida técnica, subitem 15.1.6 do edital, respectivamente
- k) Declaração de que a empresa irá garantir capacidade de reposição de peças originais e novas por período mínimo de 10 (dez) anos a contar da entrega do equipamento.
- l) Declaração de que o período de garantia após a Aceitação Técnica do equipamento, objeto desta Licitação, será de 24 (vinte e quatro) meses, compreendendo o equipamento completo e seus acessórios
- m) Caso a empresa proponente não seja o próprio fabricante dos itens ofertados, deverá ser anexado documento emitido pelo fabricante autorizando expressamente a empresa proponente a comercializar seus produtos
- n) Declaração de que a assistência Técnica, durante o período de garantia, isenta a FHSTE de quaisquer ônus, exceto os decorrentes de mau uso e desgaste natural mediante Laudo emitido pela referida Assistência, compreendendo os equipamentos, completos e seus acessórios.



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

- o)** Apresentar catálogo original do fabricante ou folha técnica, referente aos equipamentos ofertados, que comprove a Descrição Técnica, em língua portuguesa, devendo acompanhar tradução se necessário;
- p)** Apresentar o Manual de Operação e o Manual de Conservação, originais do fabricante e registrado na ANVISA, do equipamento ofertado, em língua portuguesa, devendo acompanhar tradução se necessário;

**8.5.1.** Característica solicitada e não informada será considerada como não atendida, sendo a proposta desclassificada;

**8.6.** A proposta apresentada como venda internacional, deverá observar as seguintes disposições:

**8.6.1.** No caso de apresentação de produto do mercado internacional, o exportador deverá apresentar a mercadoria em condições para que a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim realize a importação direta, obrigatoriamente na modalidade INCOTERM DAP – Deliverid at Place – Entregue no local.

**8.6.2.** A modalidade DAP envolve a total responsabilidade da CONTRATADA com custos de transporte internacional, transporte nacional, seguro nacional e internacional, armazenamento, embalagens, identificação e carregamento da mercadoria, taxas aéreas, taxas da Anvisa (GRU), taxa do Siscomex, taxas marítimas, descarga, instalação nas dependências da CONTRATANTE, inspeção e peritagem da mercadoria, taxas, encargos e serviços do despachante aduaneiro, e todos os demais atos inerentes até a entrega efetiva e funcionamento do equipamento na FHSTE. A única responsabilidade da CONTRATANTE será o desembaraço aduaneiro (taxas) para importar a mercadoria.

**8.6.3.** O Despachante Aduaneiro credenciado pela CONTRATANTE perante a RFB (Receita Federal do Brasil) é a empresa CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA, localizada na cidade de Porto Alegre, RS. A empresa CONTRATADA, após a assinatura do contrato, deverá contatar a Celiberto Logística para as providencias e começo da importação, enviando a fatura proforma com todas as especificações técnicas e necessárias, inclusive dados de registro do produto junto a Anvisa, para análise e autorização de embarque. Após o embarque das mercadorias no exterior, a CONTRATADA deverá enviar a Celiberto Logística o PRÉ ALERT com cópia de todos os documentos de embarque, para análise e registro da Licença de Importação (LI) ou documento equivalente, e acompanhar a chegada da mercadoria no terminal indicado.

**8.6.4.** A empresa CONTRATADA será responsável integralmente por qualquer avaria, riscos, violações e eventuais problemas ocorridos durante o transporte da mercadoria até a efetiva entrega, instalação e partida técnica, nas instalações da CONTRATANTE.

**8.6.5.** A empresa deverá ter representantes legais no Brasil com poderes expressos para receber notificações e responder administrativa e judicialmente, bem como assinar contrato, se for o caso, em nome da empresa.

**8.6.6.** A CONTRADADA deverá apresentar o preço de seu produto importado, na moeda estrangeira para o processo de importação direta pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim.

**8.6.7.** O valor proposto será apurado em reais para efeito de classificação da proposta, de acordo com a cotação obtida pelo Banco Central do Brasil no dia da sessão pública do Pregão Eletrônico (abertura das propostas).

**8.6.8.** A empresa CONTRATADA será responsável por retirar a mercadoria no Terminal de Cargas Aérea, no Porto de RGS ou EADIs, e entrega-la no local nas dependências da Contratante no prazo de sete dias úteis após o desembaraço aduaneiro da carga junto a Receita Federal. Qualquer cobrança de armazenagem adicional que não forem devidamente justificada tipo: greve dos fiscais da Receita Federal, Anvisa ou MAPA, será imputada à CONTRATADA. A transportadora rodoviária contratada que retirar as mercadorias pós desembaraço aduaneiro, deverá ter registro junto a Anvisa, permitindo o transporte rodoviário de correlatos.

**8.6.8.1.** Se for via aérea, o destino deverá ser aeroporto int'l de Porto Alegre – RS

**8.6.8.2.** Se for via marítima, o destino deverá ser porto de Rio Grande – RS (Tecon).

**8.6.8.3.** Se for com trânsito aduaneiro para EADIs Metropolitanas (Canoas ou Novo Hamburgo)

**8.6.9.** A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de cinco dias úteis após a solicitação, apresentar qualquer documento requisitado para o processo de importação ou desembaraço aduaneiro, ou eventualmente exigido pela autoridade aduaneira. O não cumprimento desse prazo, que acarrete despesas extras de armazenagem



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

ou outras despesas aduaneiras, será de responsabilidade da CONTRATADA, e não haverá acréscimo no valor da proposta, sem prejuízo a eventuais multas pelo descumprimento do prazo estabelecido, conforme disposição contratual.

**8.6.10.** A CONTRATADA deverá providir adiantamento de despesas aduaneiras a serem pagas no ato do desembaraço aduaneiro ao despachante, conforme planilha previamente enviada com valores estimado.

**8.6.11.** A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente que o licitante vencedor possa querer imputar à instituição. **A única obrigação da CONTRATANTE é o desembaraço aduaneiro para importar a mercadoria.** Caso o processo de desembaraço sofra alguma interrupção, suspensão, intercorrência ou demora devido a problemas relacionado a mercadoria, carga, documentação do equipamento ou da Contratada, as despesas de armazenagem a partir da identificação do problema serão imputadas à Contratada.

**8.6.12.** A ausência de algum dado ou informação necessária não exige a CONTRATADA de fornecê-la oportunamente quando requisitado pela CONTRATANTE, inclusive no momento de abertura da proposta. A falta dessa manifestação poderá ensejar a desclassificação da proposta.

**8.6.13.** A Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim goza de isenções e imunidade tributária que deverão ser utilizadas para viabilizar a importação direta. A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para efetivar a importação. Os documentos necessários para a comprovação de isenções e imunidade junto aos órgãos pertinentes serão disponibilizados pela CONTRATANTE.

**8.6.13.1.** A documentação de isenção e imunidade dos tributos ficará a cargo da Celiberto Logísticas solicitar à FHSTE no momento em que começar os trâmites da importação.

**8.7.** Não serão consideradas propostas com alternativas de preços, marcas ou descrição de objeto, devendo as empresas licitantes limitar-se às especificações deste Edital, ofertando uma única marca/modelo para o equipamento ofertado.

**8.8.** Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam as empresas licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

**8.9.** Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, bem como aquelas que apresentem quaisquer vantagens não previstas neste Edital, ou preços e vantagens baseados nas ofertas das demais empresas licitantes.

**8.10.** As empresas licitantes arcarão com todos os custos decorrentes de elaboração e apresentação de suas propostas.

## 9. ABERTURA DA SESSÃO

**9.1.** A partir das nove horas (horário de Brasília), do dia de 05 de março de 2026 terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico nº 12/2026, com a divulgação das Propostas de Preço recebidas e, após análise pelo Pregoeiro e Membros da equipe de apoio, início das etapas de lances, conforme Edital.

**9.2.** As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006, deverão clicar no campo “Declaro, sob as penas da Lei, de que cumpro com os requisitos legais para a qualificação como cooperativa, microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apto a usufruir do tratamento diferenciado e estabelecido nos termos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 ou da Lei 11.488 de 15 de junho de 2007”, disponível na tela de envio das propostas. Caso não o faça, a empresa será tratada sem privilégios da citada Lei Complementar.

## 10. FORMULAÇÃO DOS LANCES

**10.1.** Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes deverão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo preço.

**10.2.** As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

**10.3.** Somente serão aceitos os lances cujos preços forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

**10.4.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo preço, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

**10.5.** Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as licitantes serão informadas em tempo real, do preço do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.

**10.6.** A etapa de lances da sessão pública será conforme estabelecido na Lei Federal nº 14.133/2021.

**10.6.1.** O modo de disputa será aberto, onde a etapa de envio de lances públicos sucessivos da sessão pública terá duração de dez minutos. Havendo lances nos 2 últimos minutos, a etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema (prorrogam-se mais 2 minutos). Essa etapa de lances será prorrogada automaticamente sempre que houver lances enviados no período de 2 minutos. Não havendo mais lances na prorrogação, encerra-se automaticamente, pelo sistema, a etapa competitiva.

**10.7.** No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes, para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

**10.7.1.** Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

**10.8.** Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contrapropostas diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.

**10.9** Será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas, em caso de empate ficto, conforme prevê a Lei Complementar 123/2006, entendendo como empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor preço, observadas as normas legais.

**10.9.1** A ME e/ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

**10.9.2** Não ocorrendo a contratação da ME e/ou EPP, na forma prevista no subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 10.9 (ME's e EPP's), na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e

**10.9.3** No caso de equivalência dos preços apresentados pelas MEs e/ou EPPs que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 10.9, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

**10.9.4** Na hipótese da não contratação nos termos previstos dos itens 10.9, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

**10.9.5** O sorteio de empate de melhor proposta somente será aplicado quando as melhores ofertas não tiverem sido apresentadas por ME e EPP.

**10.9.6** A ME e EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

**10.10.** Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação de regularidade, devendo tal comprovação se dar mediante encaminhamento da documentação com envio dos originais ou cópias autenticadas no prazo máximo de dois dias úteis, prorrogáveis uma vez por igual período desde que solicitado pela empresa arrematante, conforme condições dispostas no presente Edital.



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

**10.10.1.** Os documentos a serem apresentados para cumprimento desta exigência são os relacionados no item 6 deste Edital, juntamente com a proposta relacionada no item 8.

**10.11.** O Pregoeiro anunciará a licitante vencedora imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor preço.

### 11. DA ACEITABILIDADE DO PREÇO

**11.1** Será considerado excessivo, acarretando a desclassificação da proposta apresentada, o preço unitário, conforme tabela a seguir:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (máximo aceitável)	Valor Total
01	Sistema de osmose reversa	01 (um)	R\$ 267.213,23	R\$ 267.213,23

### 12. DOS PRAZOS

**12.1.** Conforme dispõe o Parágrafo 3º do Artigo 90 da Lei 14.133/21 o prazo de validade da proposta é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da entrega das propostas, caso em que não assinado o contrato ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

**12.2.** O prazo de entrega deverá ser de no máximo 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos após a emissão, pela contratante, da ordem de compra, conforme cronograma constante no subitem 15.1.6 do edital.

### 13. DO PAGAMENTO

**13.1.** O pagamento à empresa contratada será efetuado pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim em uma única parcela, ocorrendo em até 07 (sete) dias ininterruptos após a emissão do Termo de Aceitação Técnica Definitivo (entrega, partida técnica e treinamento completo) do equipamento ofertado, mediante a apresentação da Nota Fiscal e avaliação completa e total do objeto por Comissão de Recebimento devidamente designada pela Contratante.

**13.1.1.** Caso se tratar de venda internacional/importação, o pagamento se dará através de Proforma Invoice, no prazo de até três dias após a emissão do referido documento, sendo o valor adjudicado em reais convertido na moeda da proposta vencedora. O valor a ser pago através de Proforma Invoice, após conversão, não poderá ultrapassar o valor em adjudicado em moeda nacional (reais).

**13.1.2. A Nota Fiscal do equipamento fornecido deverá obrigatoriamente conter o seguinte:**

**a) Número da Ordem de Compra;**

**b) Portaria SES nº 240/2024**

**13.1.3.** O pagamento será efetuado diretamente pelo Setor Financeiro da Contratante, à empresa contratada através de Ordem Bancária, creditada na conta corrente da empresa ou PIX, sendo vedada a realização do pagamento através de cobrança bancária como também a emissão de títulos de crédito sob pena das sanções previstas neste Edital e indenização pelos danos decorrentes.

**13.1.4.** Dos pagamentos realizados serão retidos os valores porventura devidos em razão de multas e aplicadas à empresa contratada;

**13.1.5.** Os valores adjudicados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência do Contrato.

**13.2.** No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha colaborado de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

**13.2.1.** O valor dos encargos será calculado pela fórmula:  $EM = I \times N \times VP$ , onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.



#### 14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

**14.1.** Na análise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

**14.2.** Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de julgamento da Proposta de Preço.

**14.3.** Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital;

**14.3.1.** Ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

**14.4.** Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no Art. 44 da Lei Complementar 123/2006, em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, da seguinte forma:

**14.4.1.** Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

**a)** Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço.

**b)** O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

**c)** A preferência de que trata este item será concedida da seguinte forma:

**c1)** Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;

**c2)** Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, com base na alínea c1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

**d)** No caso de empate, após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, dentro do limite estabelecido no item 14.4.1. alínea "a", será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, por item, sob pena de preclusão.

**14.5. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço UNITÁRIO**

#### 15. DAS OBRIGAÇÕES, DOS PRAZOS, DO FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA

**15.1.** A empresa contratada obriga-se a:

**15.1.1.** Fornecer o equipamento ofertado conforme exigências do Edital, do Memorial Descritivo, do Contrato, da Proposta, da Lei de Licitações e legislação específica atinente no prazo máximo de 180 (cento e vinte) dias ininterruptos após a emissão da ordem de compra, pela Contratante à Contratada, conforme cronograma contido no subitem 15.1.6 com frete pago, devendo o sistema e seus acessórios serem entregues junto ao Setor de Hemodiálise da FHSTE, no endereço Rua Itália, 919, Bairro Centro, Cidade de Erechim/RS, CEP 99700-048

**15.1.1.1. A FHSTE não disponibilizará de profissionais para auxiliar na descarga do equipamento, devendo a empresa contar com ferramentas completas para a realização do descarregamento e colocação no local indicado pela FHSTE.**



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

**15.1.2.** Substituir o equipamento e/ou acessórios fornecidos em desacordo com as características e especificações exigidas, sem qualquer ônus a FHSTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias ininterruptos.

**15.1.3.** Cumprir prazos e condições de entrega.

**15.1.4.** Manter durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação.

**15.1.5.** Atender obrigatoriamente a todas as condições específicas constantes no Memorial Descritivo e Edital.

**15.1.6. Prazos para a entrega do equipamento: 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos, obedecendo ao que segue abaixo:**

**15.1.6.1.** Na data de emissão do contrato, será emitida a ordem de compra, iniciando-se o prazo de entrega. Quanto a entrega do equipamento, somente poderá ser realizada após emitida a autorização de entrega, pela Contratada, conforme os prazos dos subitens a seguir.

**15.1.6.2.** No prazo de no máximo 10 (dez) dias ininterruptos após a assinatura do contrato, a Contratada deverá realizar visita técnica junto às instalações do setor de hemodiálise da FHSTE, verificando o local a ser instalado o sistema objeto do presente Edital.

**15.1.6.3.** A Contratada deverá fornecer, no prazo de 20 (vinte) dias ininterruptos contados a partir da visita técnica, o detalhamento técnico, com projeto executivo, memorial descritivo, planilha orçamentária e ART, quanto às necessidades de instalação do equipamento e sua respectiva rede de distribuição e alimentação dos equipamentos de hemodiálise, contemplando às instalações de rede elétrica, rede de água e toda e qualquer estrutura necessária ao perfeito funcionamento do sistema, aterramento, temperatura, dimensões do local, blindagem (se houver necessidade), umidade, poeira, partículas ou poluentes, proteção ambiental, riscos de acidentes e todas as demais condições físicas pertinentes à instalação e ao funcionamento do equipamento e proteção ao meio-ambiente.

**15.1.6.4.** A Contratante (FHSTE) deverá, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias ininterruptos após o recebimento da documentação completa do item acima, executar a obra e serviços para instalação do sistema, e emitir a autorização de entrega.

**15.1.6.4.1.** A Contratada, durante o prazo do subitem acima, deverá estar disponível, podendo ser via acesso remoto, para dirimir quaisquer dúvidas relativas à execução da obra e serviços contempladas no projeto apresentado, bem como, ao término da obra, a contratada deverá realizar uma visita técnica objetivando vistoriar o serviço realizado, previamente a instalação do sistema de osmose reversa.

**15.1.6.5.** A Contratada, no prazo de 30 (trinta) dias ininterruptos após a emissão da autorização de entrega, deverá realizar a entrega do sistema, nas instalações da FHSTE, conforme local e condições de entrega constantes no subitem 15.1.7.

**15.1.6.6.** A Contratada deverá iniciar a instalação e partida técnica do sistema no prazo máximo de 10 dias ininterruptos após a entrega do equipamento.

**15.1.6.1. Devido a criticidade do serviço de hemodiálise, a instalação e partida técnica (contemplando testes de funcionalidade) deverá ocorrer durante um final de semana, iniciando a instalação no sábado ao meio dia, tendo como prazo máximo de finalização, na segunda feira seguinte ao meio dia, totalizando 02 dias ininterruptos.**

**15.1.6.7.** A Contratada, imediatamente após a partida técnica, deverá realizar treinamento do sistema ora instalado, devendo contemplar treinamento completo de operação, conservação do equipamento aos colaboradores e profissionais médicos indicados pela FHSTE.

**15.1.6.9.** A Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias ininterruptos, deverá fornecer os certificados referente cada treinamento realizado.



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

### **15.1.7. Do local e condições de entrega:**

**15.1.7.1.** O equipamento objeto do presente Edital deverá ser entregue nas instalações da FHSTE, Rua Itália, nº 919, Centro, Erechim/RS, CEP 99700-048, junto ao setor de hemodiálise.

**15.1.7.2.** O acesso para a descarga do equipamento será pela rua lateral, Rua Porto Alegre, ao lado da emergência da FHSTE, junto ao pátio interno.

**15.1.7.3.** Para que o equipamento seja descarregado e instalado no local indicado pela Contratante, não será permitida a quebra de paredes. A empresa contratada deverá deslocar o sistema e acessórios até o local de instalação, setor de hemodiálise, acessando o pátio interno do Hospital, subir via elevador até o segundo pavimento, onde se encontra o local de instalação.

**15.1.8.** Fornecer os equipamentos alimentados por energia elétrica para operação compatível em tensão trifásica 380VCA

**15.1.9.** Fornecer todos os cabos, conexões, acessórios, etc, indispensáveis ao funcionamento do equipamento.

**15.1.10.** Disponibilizar uma cópia do Manual de Operação, e Manual de Conservação, originais do fabricante e em língua portuguesa, podendo acompanhar tradução se necessário, para o equipamento ofertado;

**15.1.11.** A Contratada deverá apresentar à Contratante quando da partida técnica do equipamento, documento datado e assinado por profissional qualificado responsável pela assistência técnica durante o período de garantia, contendo a Programação de Manutenção Preventiva, durante o período de garantia, sendo considerado em sua elaboração todas as condições necessárias à sua execução conforme premissas do fabricante.

**15.1.12.** No caso de importação, a empresa CONTRATADA deverá:

**15.1.12.1.** Apresentar a mercadoria em condições para que a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim realize a importação direta, obrigatoriamente na modalidade INCOTERM DAP – Deliverid at Place – Entregue no local.

**15.1.12.2.** A CONTRATADA será a responsável de custos de transporte internacional, transporte nacional, seguro nacional e internacional, armazenamento, embalagens, identificação e carregamento da mercadoria, taxas aéreas, taxas da Anvisa (GRU), taxa do Siscomex, taxas marítimas, descarga, instalação nas dependências da CONTRATANTE, inspeção e peritagem da mercadoria, taxas, encargos e serviços do despachante aduaneiro, e todos os demais atos inerentes até a entrega efetiva e funcionamento do equipamento na FHSTE. A única responsabilidade da CONTRATANTE será o desembaraço aduaneiro (taxas) para importar a mercadoria.

**15.1.12.3.** O Despachante Aduaneiro credenciado pela CONTRATANTE perante a RFB (Receita Federal) é a empresa CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA, localizada na cidade de Porto Alegre, RS. A empresa CONTRATADA, após a assinatura do contrato, deverá contatar a Celiberto Logística para as providências e começo da importação, enviando a fatura proforma com todas as especificações técnicas e necessárias, inclusive dados de registro do produto junto a Anvisa, para análise e autorização de embarque. Após o embarque das mercadorias no exterior, a CONTRATADA deverá enviar a Celiberto Logística o PRÉ ALERT com cópia de todos os documentos de embarque, para análise e registro da Licença de Importação (LI) ou documento equivalente, e acompanhar a chegada da mercadoria no terminal indicado.

**15.1.12.4.** A empresa CONTRATADA será responsável integralmente por qualquer avaria, riscos, violações e eventuais problemas ocorridos durante o transporte da mercadoria até a efetiva entrega, instalação e partida técnica, nas instalações da CONTRATANTE.

**15.1.12.5.** A empresa deverá ter representantes legais no Brasil com poderes expressos para receber notificações e responder administrativa e judicialmente, bem como assinar contrato, se for o caso, em nome da empresa.

**15.1.12.6.** A CONTRATADA deverá apresentar o preço de seu produto importado, na moeda estrangeira para o processo de importação direta pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim.



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

**15.1.12.7.** O valor proposto será apurado em reais para efeito de classificação da proposta, de acordo com a cotação obtida pelo Banco Central do Brasil no dia da sessão pública do Pregão Eletrônico (abertura das propostas).

**15.1.12.8.** A empresa CONTRATADA será responsável por retirar a mercadoria no Terminal de Cargas Aérea, no Porto de RGS ou EADIs, e entrega-la no local nas dependências da Contratante no prazo de sete dias úteis após o desembarço aduaneiro da carga junto a Receita Federal. Qualquer cobrança de armazenagem adicional que não forem devidamente justificada tipo: greve dos fiscais da Receita Federal, Anvisa ou MAPA, será imputada à CONTRATADA. A transportadora rodoviária contratada que retirar as mercadorias pós desembarço aduaneiro, deverá ter registro junto a Anvisa, permitindo o transporte rodoviário de correlatos.

**15.1.12.8.1.** Se for via aérea, o destino deverá ser aeroporto int'l de Porto Alegre – RS

**15.1.12.8.2.** Se for via marítima, o destino deverá ser porto de Rio Grande – RS (Tecon).

**15.1.12.8.3.** Se for com transito aduaneiro para EADIs Metropolitanas (Canoas ou Novo Hamburgo)

**15.1.12.9.** A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de cinco dias úteis após a solicitação, apresentar qualquer documento requisitado para o processo de importação ou desembarço aduaneiro, ou eventualmente exigido pela autoridade aduaneira. O não cumprimento desse prazo, que acarrete despesas extras de armazenagem ou outras despesas aduaneiras, será de responsabilidade da CONTRATADA, e não haverá acréscimo no valor da proposta, sem prejuízo a eventuais multas pelo descumprimento do prazo estabelecido, conforme disposição contratual.

**15.1.12.10.** A CONTRATADA deverá providir adiantamento de despesas aduaneiras a serem pagas no ato do desembarço aduaneiro ao despachante, conforme planilha previamente enviada com valores estimado.

**15.1.12.11.** A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente que o licitante vencedor possa querer imputar à instituição. **A única obrigação da CONTRATANTE é o desembarço aduaneiro para importar a mercadoria.** Caso o processo de desembarço sofra alguma interrupção, suspensão, intercorrência ou demora devido a problemas relacionado a mercadoria, carga, documentação do equipamento ou da Contratada, as despesas de armazenagem a partir da identificação do problema serão imputadas à Contratada.

**15.1.12.12.** A ausência de algum dado ou informação necessária não exime a CONTRATADA de fornecê-la oportunamente quando requisitado pela CONTRATANTE, inclusive no momento de abertura da proposta. A falta dessa manifestação poderá ensejar a desclassificação da proposta.

**15.1.12.13.** A Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim goza de isenções e imunidade tributária que deverão ser utilizadas para viabilizar a importação direta. A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para efetivar a importação. Os documentos necessários para a comprovação de isenções e imunidade junto aos órgãos pertinentes serão disponibilizados pela CONTRATANTE.

**15.1.12.13.1.** A documentação de isenção e imunidade dos tributos ficará a cargo da Celiberto Logísticas solicitar à FHSTE no momento em que começar os trâmites da importação.

## 16. DA GARANTIA

**16.1.** A garantia integral de mão de obra, partes, peças, equipamentos e acessórios para o sistema de osmose reversa ofertado será de 24 (vinte e quatro) meses, iniciados a partir da emissão do Termo de Aceitação Técnica Definitivo a ser emitido pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, a partir da entrega, testes de aceitação e treinamento aos profissionais da Contratante, devendo abranger cada parte do sistema, objeto desta Licitação, completo e todos os seus acessórios. Está incluso na garantia exigida, sem quaisquer ônus à FHSTE:

**16.1.1.** A manutenção preventiva e corretiva (quando necessária) do equipamento completo e seus acessórios.

**16.1.1.2.** Em até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, a contratada deverá encaminhar para aprovação da contratante, cronograma de manutenções preventivas, contemplando o período de 24 meses. As manutenções preventivas deverão ser realizadas conforme indicação do fabricante, constante em ficha técnica ou manual registrado junto a ANVISA.



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

**16.1.1.3.** A manutenção preventiva incluirá todos os procedimentos necessários para minimizar a incidência de falhas ou defeitos no equipamento ofertado, incluindo limpeza, lubrificação, inspeção, testes e ajustes.

**16.1.2.** A substituição e/ou reposição de peças e componentes do equipamento que por ventura venham apresentar falhas ou defeitos;

**16.1.3.** As despesas decorrentes de deslocamento, estadia, traslado, alimentação e outras, dos técnicos responsáveis pela assistência técnica do equipamento, para atendimento a chamado realizado pela FHSTE ou para realização das manutenções preventivas e corretivas durante o período de garantia, serão adimplidas pela empresa contratada, inclusive de frete quando necessário o encaminhamento do equipamento ou acessórios às instalações da assistência técnica autorizada.

**16.1.4.** Para atendimento de chamados por déficit de funcionamento (manutenção corretiva), a empresa deve dar o primeiro atendimento em até 02 horas ininterruptas (podendo ser via remoto), e na necessidade de atendimento presencial, o atendimento deve ser em até no máximo 12 horas ininterruptas, deixando o equipamento neste prazo, totalmente operante. O prazo para reestabelecimento do sistema não poderá ser superior a 12 horas, devido a criticidade do serviço de Hemodiálise, uma vez que, o Hospital é referência em Hemodiálise para a região da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, não podendo interrompê-lo por maior período que o supracitado.

**16.1.5.** As peças substituídas no período da garantia deverão ser novas e originais do fabricante, sem ônus adicionais à Contratante.

**16.1.6.** Fica a Contratada responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal do equipamento e peças, pelo prazo da garantia, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que se fizerem necessárias, sem nenhum ônus à Contratante beneficiária desta aquisição.

**16.1.7.** A Contratada no que couber, deverá realizar atualizações mandatórias e sem custos de versão dos softwares (sistema de controle, sistema operacional e drivers) durante todo o período de garantia.

**16.1.8.** A Contratada deverá garantir a disponibilidade de peças de reposição, acessórios, e serviço de reparo por um período mínimo de 10 (dez) anos a partir da emissão do Termo de Aceitação Técnica definitivo, para o equipamento ofertado.

**16.1.9.** Todas as partes, peças, acessórios e software do equipamento estarão sujeitas ao mesmo período de garantia aqui determinado, desde que não tenham sido objeto de vandalismo, depredação ou mau uso.

**16.1.10.** É de responsabilidade da Contratada comprovar e demonstrar, por meio de relatório técnico, emitido por profissional qualificado com o devido registro no Conselho de Classe competente, que o equipamento foi objeto de vandalismo, depredação ou mau uso. O relatório deverá, no mínimo, conter fotos, ensaios e testes realizados para identificação do defeito, causas dos defeitos apresentados e o nome completo do (s) profissional (is) que elaboraram o documento. Uma cópia física, datada e assinada deve ser encaminhada para a Contratante, que poderá contestar o relatório nas ocasiões em que julgar pertinente.

**16.1.11.** Ao término da garantia, deverá ser fornecido, à Contratante, um relatório técnico, em arquivo eletrônico com todos os chamados técnicos realizados no período da garantia, juntamente com um relatório analítico (com as informações citadas acima) e sintético (estatística por tipo de atendimento e relação de pendências) em relação ao equipamento.

## 17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**17.1.** As despesas deste processo de licitação serão adimplidas pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim com os Recursos oriundos da Portaria SES nº 240/2024, ou com os recursos auferidos através da prestação de serviços hospitalares, ou outra fonte de recursos específica.



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

### 18. DA FISCALIZAÇÃO

**18.1.** O serviço objeto deste Edital será fiscalizado pelo Fiscal do Contrato, abaixo relacionado e, em sua ausência, por seu substituto em conformidade ao artigo 117 da Lei n.º 14.133/2021:

18.1.1. Item 01 e item 02 – Superintendente assistencial e Coordenador II – setor de manutenção

### 19. DAS PENALIDADES

**19.1.** A empresa licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, pelo prazo de até 03 (três) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

**19.2.** A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.

**19.3.** No caso de inadimplemento, a empresa contratada estará sujeita às seguintes penalidades:

**19.3.1.** Advertência;

**19.3.2.** Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta adjudicada ao licitante vencedor, quando este deixar de devolver o contrato assinado ou devolvê-lo sem assinatura, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após seu recebimento;

**19.3.3.** Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da compra, sempre que a empresa contratada atrasar a entrega dos equipamentos objeto da Ordem de Compra;

**19.3.4.** Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta adjudicada à empresa contratada, sempre que esta descumprir qualquer obrigação assumida em face da licitação e do contrato, especialmente quanto aos prazos de manutenção preventiva e/ou corretiva, durante o prazo de garantia;

**19.4.** Além da multa, a FHSTE poderá aplicar em face do descumprimento total ou parcial das obrigações, garantida a prévia defesa, as sanções previstas no Artigo 156 da Lei 14.133/2021, em conformidade ao disposto no Artigo 155 da referida Lei, ressalvados os casos específicos em que o descumprimento de uma obrigação já possua penalidades pecuniárias própria e expressamente cominada no subitem 19.3.

**19.5.** Impedimento de licitar e contratar com a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim por período não superior a três anos; e

**19.6.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

**19.7.** Ocorrendo à inexecução contratual, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação do certame, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.

**19.7.1.** A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

**19.8.** A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim.

### 20. DA RESCISÃO CONTRATUAL

**20.1** Constituem causa para rescisão do Contrato, a ocorrência de qualquer um dos motivos elencados no artigo 137 da Lei n.º 14.133/2021.

### 21. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

**21.1** Qualquer pedido de impugnação ou esclarecimento ao presente Edital deve ser protocolado até o terceiro dia útil da data fixada para a abertura da fase de Propostas, exclusivamente através do Portal de Compras Públicas – [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

**21.2.** Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 03 (três) dia úteis, contados da data de divulgação do resultado do julgamento das propostas e/ou da habilitação, desde que haja sido declarada a intenção de recurso.

**21.2.1.** A intenção de recurso deverá ser manifestada imediatamente, via Portal de Compras Públicas, após a finalização da sessão pública e fase de negociação e fase de habilitação, sob pena de preclusão.

**21.3** Os recursos serão dirigidos à autoridade superior, responsável pela decisão recorrida, por intermédio do pregoeiro, e deverá estar assinado pelo recorrente ou por procurador devidamente habilitado.

**21.4** O recurso suspende o andamento do processo licitatório, até decisão final proferida pela autoridade superior da FHSTE.

**21.5.** Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao Edital, somente na forma prevista no subitem 21.1.

### **22. DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS**

**22.1** Essa licitação poderá ser anulada, em caso de ilegalidade, ou revogada, por razões de interesse público ou conveniência administrativa, decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar a revogação.

**22.2** Para manifestar-se nas fases do procedimento licitatório, o participante deverá identificar-se com cédula de identidade e documentação apropriada:

**22.2.1** Quando se tratar de titular, diretor ou sócio da empresa será apresentado documento comprobatório de sua capacidade de representação (Contrato Social, Cópia de Ata de Eleição, Procuração, etc...).

**22.2.2** Quando se tratar de representante designado pela empresa, será apresentada procuração ou carta dirigida à Comissão de Contratação, com dados de identificação do representante, devendo constar expressamente, poderes para participar de todos os atos do procedimento licitatório, inclusive interpor ou desistir de recursos. A referida documentação far-se-á acompanhar de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários.

**22.3** A Comissão de Contratação poderá solicitar informações complementares, requisitar documentos, bem como tomar outras medidas necessárias ao bom desenvolvimento da licitação.

**22.4** O esclarecimento de dúvidas a respeito do Edital, bem como a solicitação de informações adicionais deverão ser efetuadas por escrito a Comissão de Contratação, até três dias úteis antes da data de abertura de lances, através do Portal de Compras Públicas – [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)

**22.5** Em hipótese alguma serão consideradas reclamações e/ou reivindicações de qualquer espécie sob a alegação de falta de conhecimento deste Edital e da Lei de Licitações.

**22.6** À Comissão de Contratação fica reservado o direito de relevar, com a devida motivação, quaisquer discrepâncias e/ou omissões, de pequena importância, plenamente suprimíveis através de diligência, e que não representem desvios, ressalvas substanciais, ou afetem a classificação dos demais licitantes.

**22.7** Aos casos não previstos neste Edital aplicar-se-ão as disposições da Lei 14.133/2021, os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos, e disposições de direito privado pertinentes.

**22.8** Fica eleito o foro da justiça de Erechim, RS., para dirimir as questões oriundas desta licitação.



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

**22.9** O Edital está disponível no site [www.fhste.com.br](http://www.fhste.com.br) no menu licitações, no site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), ou poderá ser solicitado pelos e-mails: [contratos2@fhste.com.br](mailto:contratos2@fhste.com.br), [licitacao@fhste.com.br](mailto:licitacao@fhste.com.br) e [licitacao2@fhste.com.br](mailto:licitacao2@fhste.com.br).

**22.10** Informações a respeito do presente processo de licitação serão obtidas junto ao Setor de Licitações da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, Rua Itália, 919, Centro, Erechim, RS., 99700-048, Fone (54) 3520-2160 e e-mails [contratos2@fhste.com.br](mailto:contratos2@fhste.com.br), [licitacao@fhste.com.br](mailto:licitacao@fhste.com.br) e [licitacao2@fhste.com.br](mailto:licitacao2@fhste.com.br).

### 23. DOS ANEXOS

**23.1.** Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, os seguintes anexos:

- Anexo I - Memorial Descritivo
- Anexo II - Relatório Estimativa/Impacto Monetário
- Anexo III - Termo de referência
- Anexo IV - Minuta do Contrato
- Anexo V – Planta baixa - setor de hemodiálise

Erechim, RS, 23 de fevereiro de 2026

Maritânia F. Grando Branco  
Pregoeira

Rafael Martins Ayub  
Diretor Executivo

**ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2026**

Item	Descrição	Quantidade
01	<p><b>01 unidade de Sistema de tratamento de água por osmose reversa (SEM TANQUE/RESERVATÓRIO), devendo contemplar no mínimo:</b></p> <p>Sistema de tratamento de água por osmose reversa de simples passo para setor de hemodiálise com capacidade de vazão de água tratada mínima de 1,5m<sup>3</sup>/h (1500l/h); com filtro antibacteriano no reservatório, com ozônio e infra vermelho, com tubulação para alimentar 30 máquinas de hemodiálise, com sistema de pré-tratamento; osmose reversa simples passo; Clean in place (CIP) ; bombas de looping e acessórios; gerador de ozônio e esterilizador. O equipamento deverá conter dispositivos para o processo de desinfecção microbiológico do looping e mecanismos de monitoramento on-line conforme com RDC-11 de 13 de março de 2014. O sistema deverá operar com tanque ou reservatório de armazenamento de água tratada (tanque pulmão), destinado a garantir estabilidade de vazão e pressão do sistema de distribuição por looping:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vazão de água de entrada: mínima de 2,20m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Vazão de água rejeitada: 0,60m<sup>3</sup></li> <li>• Vazão de água recirculada: 0,60m<sup>3</sup></li> <li>• Vazão de água tratada: 1,5m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Recuperação: 75%</li> </ul> <p><b><u>Detalhamento do sistema:</u></b></p> <p><b>Pré tratamento composto de bomba de pressurização, filtro de zeólita, filtro abrandador, filtro de carvão ativado, dosador e componentes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma unidade de pressurizador, composto por 02 unidades de bombas centrífugas, com corpo em inox 304, com partida em rampa, válvula de alívio de pressão, manômetro em aço inox, ponto de coleta na saída do pressurizador, base em aço inox 304 para apoio das bombas. A reversão das bombas deverá ser automática. Deverá conter tubos e conexões necessárias para conexão com os demais componentes do sistema de pré tratamento.</li> <li>• Uma unidade de filtro de zeólita para remoção de sólidos em suspensão, montado em um tanque de polietileno revestido com fibra de vidro, 14x65", com capacidade mínima de 100 litros, devidamente abastecido com zeólita, com vazão compatível ao equipamento sistema ofertado, comando de válvula por tempo com intertravamento para bloqueio da osmose reversa e acionamento da bomba de pressurização em retro lavagem, crepina/difusor superior e inferior manômetro em aço inox, com ponto de coleta na saída do filtro e com cabeçote automático/digital; deverá conter tubos e conexões necessárias para conexão com os demais componentes do sistema de pré tratamento.</li> <li>• Uma unidade de filtro abrandador para remoção de dureza total, contemplando um tanque em polietileno revestido com fibra de vidro, 14x65", crepina/difusor superior e inferior, com cabeçote automático/digital, com capacidade mínima de 100 litros, devidamente abastecido com resina catiônica fortemente ácida, mais um tanque saleiro em polietileno com volume mínimo de 200 litros, deverá conter tubos e conexões necessárias para conexão com os demais componentes do sistema de pré tratamento, manômetro em aço inox, deverá conter comando da válvula por tempo com intertravamento para bloqueio da osmose reversa em caso de regeneração e para acionamento das bombas de pressurização em retrolavagem.</li> <li>• Uma unidade de filtro de carvão ativador para remoção de cloro livre, composto por um tanque de polietileno revestido com fibra de vidro, 18x65", devidamente abastecido com no mínimo 175 litros de carvão ativado, deverá possuir crepina/difusor superior e inferior, cabeçote automático/digital, manômetro em aço inox, um ponto para coleta de água, tubos e conexões necessárias para conexão com os demais componentes do sistema pré tratamento. Deverá conter comando de válvula pro tempo com intertravamento para bloqueio da osmose reversa em caso de regeneração e para acionamento das bombas de pressurização em retrolavagem.</li> <li>• Uma unidade de Dosador semiautomático de hidróxido de sódio, para eliminar</li> </ul>	01 (uma) unidade

CO<sub>2</sub> presente na água, composto por um tanque em polietileno retomoldado com capacidade mínima de 50 litros, uma bomba dosadora eletrônica com ajuste manual de dosagem, mangueiras de sucção e recalque, boia elétrica de nível e válvula necessária para o funcionamento e integração com os demais componentes do sistema de pré tratamento.

- Deverá conter todos os componentes hidráulicos, tubos e conexões em UPVC, para a integração entre todos os componentes do equipamento.
- Deverá possuir pontos de coleta de água antes e após o filtro de zeólita, após o filtro de carvão e após o abrandador, devendo ser através de torneiras em PVC, posicionadas estrategicamente para possibilitar a coleta de água para análises.
- Deverá possuir manômetros em aço inox 304, com relógio de aproximadamente 63mm de diâmetro, com escala em kgf/cm<sup>2</sup> e psi. Manômetro glicerinado e com conexão traseira com rosca. Um antes e um após o filtro de zeólita, um após o filtro de carvão e um após o abrandador.

#### **Componentes do Equipamento de Osmose Reversa:**

Deverá possuir:

- Um painel de comando elétrico trifásico 380Vca, devendo atender aos requisitos das NR 10 2 NR12, com tensão de comando em 24vcc, CLP e IHM touch screen com exibição de fluxograma na tela de no mínimo 7", o painel deverá conter chave seletora para acionamento de comando em modo manual de todo o sistema, painel dotado de chave de emergência,
- Uma bomba de alta pressão, horizontal com corpo em Aço Inox 304, potência de 3,4CV, motor 220/380V, trifásico, com acionamento em rampa (inversor de frequência), 09 estágios.
- Um filtro tipo big blue, com filtração gradiente, utilizado para remoção de material em suspensão, composto por carcaça com material em polipropileno e elemento filtrante de polipropileno 5 micra tipo big blue de 20" x 4,5"
- Válvula solenoide normalmente fechada, para controle da entrada de água no equipamento de osmose reversa, com corpo em latão e bobina 220V.
- Seis unidades de membrana de alta performance, tipo TFC, baixa pressão e alta rejeição salina
- Seis vasos de pressão para membranas, fabricados em material compatível com sistemas de osmose reversa, com pressão de trabalho mínima de 300 psi.
- Condutividade elevada da água tratada;
- Aviso quando houver falhas operacionais do sistema.
- Automação para comunicação com o sistema de pré-tratamento, com bloqueio da osmose reversa durante ciclos de regeneração.
- Uma estrutura metálica, feito com perfil quadrado 30x30, em aço inox 304, para sustentação de todos os componentes do equipamento de Osmose Reversa.
- Tubos e conexões em UPVC schedule 80
- Uma unidade de pressostato para proteção ao equipamento de osmose reversa no caso de baixa pressão de alimentação
- Três medidores de vazão, tipo rotâmetros, com corpo em acrílico e flutuador em inox 316, com escala de leitura em litro/minuto. Deverá medir: vazão do rejeito, vazão de recirculação e vazão do permeado
- Um medidor de condutividade digital com célula de inserção em linha para monitoramento do valor da condutividade elétrica, com compensação automática de temperatura da água tratada.
- Quatro manômetros em aço inox 304, com relógio de 63mm de diâmetro, com escala em kgf/cm<sup>2</sup> e psi (escala até 10kgf/cm<sup>2</sup> e 150psi). manômetros glicerinos antes e depois do filtro de cartucho, antes e depois das membranas.
- Deverá possuir alarmes ótico/sonoros acionados pelo CLP e com exibição do status e mensagem no Painel de comando, indicando a falta de pressão (água) de alimentação, sobrecarga de bombas, condutividade alta 1º passo, condutividade alta 2º passo, pré tratamento regenerado, nível crítico do tanque pulmão.
- Deverá possuir automação para comunicação com o sistema pré-tratamento com o desligamento da osmose durante a regeneração

- Deverá possuir automação para comunicação com o sistema de armazenagem de água tratada com o liga/desliga da osmose quando o nível de água atinge seu mínimo ou máximo.

**Módulo para limpezas/sanitizações da Osmose Reversa:**

Deverá contemplar uma unidade de CIP – Clean in Place, para preparo das soluções de lavagem química e sanitização do sistema. O equipamento portátil deverá ser composto por Skid em aço inox 304, com apoio sobre quatro rodízios com trava, painel de contato e relê térmico e com botões liga/desliga; reservatório em polietileno com capacidade de 50 litros, fundo cônico, bomba centrífuga horizontal confeccionada em aço inox com inversor de frequência, conexões de engate rápido.

**Bombas de looping e acessórios:**

Deverá contemplar:

- Dois sistemas de pressurização do looping, cada um composto por duas bombas centrífugas com corpo em aço inox 304, motor trifásico 220/380V, base em aço inox, com reversão automática controlada pelo CLP da osmose reversa.
- Manômetros em aço inox 304, glicerizados, instalados na saída e no retorno do looping.
- Pontos de coleta de água estrategicamente posicionados para análises.
- 02 sensores de nível tipo boia, com dois pontos de controle (boia nível baixo e boia nível alto)
- 01 filtro de ar tipo microbiano, para controle da qualidade de ar que entra no tanque, com 10” de altura, carcaça em polipropileno e elemento filtrante de no mínimo 0,22 micra bacteriológico
- 02 manômetros em aço inox 304, com relógio de 63mm de diâmetro, com escala kgf/cm<sup>2</sup> e psi( escala até 10kgf/cm<sup>2</sup> e 10psi). O manômetro deverá ser glicerizado. Um na saída das bombas e um no retorno do looping.
- 01 sistema de pressurizador do looping 1, composto por duas bombas centrífugas com corpo em inox 304 e motor trifásico 220/380V, base em aço inox 304 para apoio das bombas, tubos, conexões e manômetros para o perfeito funcionamento do sistema, pontos de coletas de água na saída dos pressurizadores. A reversão das bombas deverá ser automática e controlada pelo CLP do painel de comando da Osmose Reversa.
- 01 sistema de pressurizador do looping 2, composto por duas bombas centrífugas com corpo em inox 304 e motor trifásico 220/380V, base em aço inox 304 para apoio das bombas, tubos, conexões e manômetros para o perfeito funcionamento do sistema, pontos de coletas de água na saída dos pressurizadores. A reversão das bombas deverá ser automática e controlada pelo CLP do painel de comando da Osmose Reversa.
- 01 painel de comando de comando das bombas do looping 2. O painel deverá contar com chaves seletoras para acionamento do comando em modo manual/automático. Deverá atender aos requisitos de segurança com tensão de comando em 24VCC.

**Equipamento para desinfecção:**

- 01 gerador de ozônio automático, com capacidade de gerar no mínimo 6g/h a partir do ar atmosférico, ou cilindro de oxigênio ou concentrador de oxigênio. Os horários de entrada e saída do equipamento deverão ser controlados por um Timer digital, acompanhado de Venturi para facilitar a dissolução do ozônio na água e armadilha que impede que a água retorne para dentro do gerador em momentos de paradas das bombas do looping.
- 02 estabilizadores ultravioleta, contendo corpo em aço inox 304, tubo de quartzo, lâmpada germicida de 254nm, para a linha de looping; deverá acompanhar um dispositivo eletrônico para start da lâmpada, alarme contra falha e contador de dias de uso.
- Os estabilizadores deverão ficar ligados ininterruptamente, com exceção dos horários em que o gerador de ozônio estiver trabalhando.

A empresa contratada deverá fornecer projeto do subsistema do tratamento de água para hemodiálise (STAH), em conformidade a RDC nº 11 de 13 de março de 2014, identificando os pontos de coleta de água, componentes e acessórios do subsistema, tipo de operação, sistema de osmose, tubulação de alimentação das máquinas de hemodiálise, cálculo de demanda de água tratada, e demais informações necessárias para o perfeito funcionamento do sistema de osmose reversa, até os pontos de utilização das máquinas de hemodiálise.

Deverá estar incluso todos os custos para transporte, projeto para instalação e redes de distribuição, instalação do sistema de osmose, bem como treinamento operacional.

A instalação da tubulação para ligação do sistema de osmose reversa até as máquinas de hemodiálise, será de responsabilidade da FHSTE, cabendo a empresa Contratada o fornecimento de projeto para a instalação.

O Sistema de Osmose deverá ser compatível com um tanque, já instalado no setor de hemodiálise, com capacidade 3.000 litros, conforme demonstrativo fotográfico abaixo:



**ANEXO II - RELATÓRIO ESTIMATIVA DE IMPACTO FINANCEIRO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2026**

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (máximo aceitável)	Valor Total
01	Sistema de osmose reversa	01 (um)	R\$ 267.213,23	R\$ 267.213,23

**ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2026**

**1. OBJETO**

1.1. A aquisição, pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, de materiais e equipamentos permanentes para Hemodiálise, uma unidade de Sistema de tratamento de água por osmose reversa, conforme Portaria SES nº 240/2024 e conforme memorial descritivo e demais anexos deste edital, contemplando projeto para instalação, entrega, montagem, partida técnica, garantia e treinamento aos colaboradores indicados pela FHSTE.

**2. JUSTIFICATIVA**

A FHSTE foi contemplada com recurso oriundo da Portaria nº 240/2024, firmada com a Secretaria Estadual de Saúde, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o setor de hemodiálise.

A aquisição desses equipamentos é estratégica para garantir segurança clínica, eficiência econômica e conformidade normativa, além de ampliar a capacidade de resposta da instituição em diferentes cenários assistenciais.

No setor de hemodiálise, a aquisição de um sistema de osmose reversa não é apenas recomendável, mas essencial. Ele garante segurança, conformidade regulatória, qualidade assistencial e sustentabilidade operacional, consolidando o hospital como referência em boas práticas de saúde.

Hoje, a FHSTE disponibiliza o serviço de hemodiálise com sistema de osmose reversa terceirizada. Com a aquisição do sistema, o Hospital reduzirá custos com locação e manutenção deste equipamento terceirizado, e contará com sistema próprio, novo e com garantia do fabricante.

**3. DAS OBRIGAÇÕES**

3.1. A empresa contratada obriga-se a:

3.1.1. Fornecer o equipamento ofertado conforme exigências do Edital, do Memorial Descritivo, do Contrato, da Proposta, da Lei de Licitações e legislação específica atinente no prazo máximo de 180 (cento e vinte) dias ininterruptos após a emissão da ordem de compra, pela Contratante à Contratada, conforme cronograma contido no subitem 3.1.6 com frete pago, devendo o sistema e seus acessórios serem entregues junto ao Setor de Hemodiálise da FHSTE, no endereço Rua Itália, 919, Bairro Centro, Cidade de Erechim/RS, CEP 99700-048

**3.1.1.1. A FHSTE não disponibilizará de profissionais para auxiliar na descarga do equipamento, devendo a empresa contar com ferramentas completas para a realização do descarregamento e colocação no local indicado pela FHSTE.**

3.1.2. Substituir o equipamento e/ou acessórios fornecidos em desacordo com as características e especificações exigidas, sem qualquer ônus a FHSTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias ininterruptos.

3.1.3. Cumprir prazos e condições de entrega.

3.1.4. Manter durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação.

3.1.5. Atender obrigatoriamente a todas as condições específicas constantes no Memorial Descritivo e Edital.

**3.1.6. Prazos para a entrega do equipamento: 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos, obedecendo ao que segue abaixo:**

3.1.6.1. Na data de emissão do contrato, será emitida a ordem de compra, iniciando-se o prazo de entrega. Quanto a entrega do equipamento, somente poderá ser realizada após emitida a autorização de entrega, pela Contratada, conforme os prazos dos subitens a seguir.

3.1.6.2. No prazo de no máximo 10 (dez) dias ininterruptos após a assinatura do contrato, a Contratada deverá realizar visita técnica junto às instalações do setor de hemodiálise da FHSTE, verificando o local a ser instalado o sistema objeto do presente Edital.

3.1.6.3. A Contratada deverá fornecer, no prazo de 20 (vinte) dias ininterruptos contados a partir da visita técnica, o detalhamento técnico, com projeto executivo, memorial descritivo, planilha

orçamentária e ART, quanto às necessidades de instalação do equipamento e sua respectiva rede de distribuição e alimentação dos equipamentos de hemodiálise, contemplando às instalações de rede elétrica, rede de água e toda e qualquer estrutura necessária ao perfeito funcionamento do sistema, aterramento, temperatura, dimensões do local, blindagem (se houver necessidade), umidade, poeira, partículas ou poluentes, proteção ambiental, riscos de acidentes e todas as demais condições físicas pertinentes à instalação e ao funcionamento do equipamento e proteção ao meio ambiente.

3.1.6.4. A Contratante (FHSTE) deverá, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias ininterruptos após o recebimento da documentação completa do item acima, executar a obra e serviços para instalação do sistema, e emitir a autorização de entrega.

3.1.6.4.1. A Contratada, durante o prazo do subitem acima, deverá estar disponível, podendo ser via acesso remoto, para dirimir quaisquer dúvidas relativas à execução da obra e serviços contempladas no projeto apresentado, bem como, ao término da obra, a contratada deverá realizar uma visita técnica objetivando vistoriar o serviço realizado, previamente a instalação do sistema de osmose reversa.

3.1.6.5. A Contratada, no prazo de 30 (trinta) dias ininterruptos após a emissão da autorização de entrega, deverá realizar a entrega do sistema, nas instalações da FHSTE, conforme local e condições de entrega constantes no subitem 3.1.7.

3.1.6.6. A Contratada deverá iniciar a instalação e partida técnica do sistema no prazo máximo de 10 dias ininterruptos após a entrega do equipamento.

**3.1.6.1. Devido a criticidade do serviço de hemodiálise, a instalação e partida técnica (contemplando testes de funcionalidade) deverá ocorrer durante um final de semana, iniciando a instalação no sábado ao meio dia, tendo como prazo máximo de finalização, na segunda feira seguinte ao meio dia, totalizando 02 dias ininterruptos.**

3.1.6.7. A Contratada, imediatamente após a partida técnica, deverá realizar treinamento do sistema ora instalado, devendo contemplar treinamento completo de operação, conservação do equipamento aos colaboradores e profissionais médicos indicados pela FHSTE.

3.1.6.9. A Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias ininterruptos, deverá fornecer os certificados referente cada treinamento realizado.

### **3.1.7. Do local e condições de entrega:**

**3.1.7.1.** O equipamento objeto do presente Edital deverá ser entregue nas instalações da FHSTE, Rua Itália, nº 919, Centro, Erechim/RS, CEP 99700-048, junto ao setor de hemodiálise.

**3.1.7.2.** O acesso para a descarga do equipamento será pela rua lateral, Rua Porto Alegre, ao lado da emergência da FHSTE, junto ao pátio interno.

**3.1.7.3. Para que o equipamento seja descarregado e instalado no local indicado pela Contratante, não será permitida a quebra de paredes. A empresa contratada deverá deslocar o sistema e acessórios até o local de instalação, setor de hemodiálise, acessando o pátio interno do Hospital, subir via elevador até o segundo pavimento, onde se encontra o local de instalação.**

**15.1.8.** Fornecer os equipamentos alimentados por energia elétrica para operação compatível em tensão trifásica 380VCA

**3.1.9.** Fornecer todos os cabos, conexões, acessórios, etc, indispensáveis ao funcionamento do equipamento.

**3.1.10.** Disponibilizar uma cópia do Manual de Operação, e Manual de Conservação, originais do fabricante e em língua portuguesa, podendo acompanhar tradução se necessário, para o equipamento ofertado;



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

**3.1.11.** A Contratada deverá apresentar à Contratante quando da partida técnica do equipamento, documento datado e assinado por profissional qualificado responsável pela assistência técnica durante o período de garantia, contendo a Programação de Manutenção Preventiva, durante o período de garantia, sendo considerado em sua elaboração todas as condições necessárias à sua execução conforme premissas do fabricante.

**3.1.12.** No caso de importação, a empresa CONTRATADA deverá:

**3.1.12.1.** Apresentar a mercadoria em condições para que a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim realize a importação direta, obrigatoriamente na modalidade INCOTERM DAP – Deliverid at Place – Entregue no local.

**3.1.12.2.** A CONTRATADA será a responsável de custos de transporte internacional, transporte nacional, seguro nacional e internacional, armazenamento, embalagens, identificação e carregamento da mercadoria, taxas aéreas, taxas da Anvisa (GRU), taxa do Siscomex, taxas marítimas, descarga, instalação nas dependências da CONTRATANTE, inspeção e peritagem da mercadoria, taxas, encargos e serviços do despachante aduaneiro, e todos os demais atos inerentes até a entrega efetiva e funcionamento do equipamento na FHSTE. A única responsabilidade da CONTRATANTE será o desembaraço aduaneiro (taxas) para importar a mercadoria.

**3.1.12.3.** O Despachante Aduaneiro credenciado pela CONTRATANTE perante a RFB (Receita Federal) é a empresa CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA, localizada na cidade de Porto Alegre, RS. A empresa CONTRATADA, após a assinatura do contrato, deverá contatar a Celiberto Logística para as providências e começo da importação, enviando a fatura proforma com todas as especificações técnicas e necessárias, inclusive dados de registro do produto junto a Anvisa, para análise e autorização de embarque. Após o embarque das mercadorias no exterior, a CONTRATADA deverá enviar a Celiberto Logística o PRÉ ALERT com cópia de todos os documentos de embarque, para análise e registro da Licença de Importação (LI) ou documento equivalente, e acompanhar a chegada da mercadoria no terminal indicado.

**3.1.12.4.** A empresa CONTRATADA será responsável integralmente por qualquer avaria, riscos, violações e eventuais problemas ocorridos durante o transporte da mercadoria até a efetiva entrega, instalação e partida técnica, nas instalações da CONTRATANTE.

**3.1.12.5.** A empresa deverá ter representantes legais no Brasil com poderes expressos para receber notificações e responder administrativa e judicialmente, bem como assinar contrato, se for o caso, em nome da empresa.

**3.1.12.6.** A CONTRADADA deverá apresentar o preço de seu produto importado, na moeda estrangeira para o processo de importação direta pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim.

**3.1.12.7.** O valor proposto será apurado em reais para efeito de classificação da proposta, de acordo com a cotação obtida pelo Banco Central do Brasil no dia da sessão pública do Pregão Eletrônico (abertura das propostas).

**3.1.12.8.** A empresa CONTRATADA será responsável por retirar a mercadoria no Terminal de Cargas Aérea, no Porto de RGS ou EADIs, e entrega-la no local nas dependências da Contratante no prazo de sete dias úteis após o desembaraço aduaneiro da carga junto a Receita Federal. Qualquer cobrança de armazenagem adicional que não forem devidamente justificada tipo: greve dos fiscais da Receita Federal, Anvisa ou MAPA, será imputada à CONTRATADA. A transportadora rodoviária contratada que retirar as mercadorias pós desembaraço aduaneiro, deverá ter registro junto a Anvisa, permitindo o transporte rodoviário de correlatos.

**3.1.12.8.1.** Se for via aérea, o destino deverá ser aeroporto int'l de Porto Alegre – RS

**3.1.12.8.2.** Se for via marítima, o destino deverá ser porto de Rio Grande – RS (Tecon).

**3.1.12.8.3.** Se for com transito aduaneiro para EADIs Metropolitanas (Canoas ou Novo Hamburgo)

**3.1.12.9.** A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de cinco dias úteis após a solicitação, apresentar qualquer documento requisitado para o processo de importação ou desembaraço aduaneiro, ou eventualmente exigido pela autoridade aduaneira. O não cumprimento desse prazo, que acarrete despesas extras de armazenagem ou outras despesas aduaneiras, será de responsabilidade da CONTRATADA, e não haverá acréscimo no valor da proposta, sem prejuízo a eventuais multas pelo descumprimento do prazo estabelecido, conforme disposição contratual.



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

**3.1.12.10.** A CONTRATADA deverá providir adiantamento de despesas aduaneiras a serem pagas no ato do desembaraço aduaneiro ao despachante, conforme planilha previamente enviada com valores estimado.

**3.1.12.11.** A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente que o licitante vencedor possa querer imputar à instituição. **A única obrigação da CONTRATANTE é o desembaraço aduaneiro para importar a mercadoria.** Caso o processo de desembaraço sofra alguma interrupção, suspensão, intercorrência ou demora devido a problemas relacionado a mercadoria, carga, documentação do equipamento ou da Contratada, as despesas de armazenagem a partir da identificação do problema serão imputadas à Contratada.

**3.1.12.12.** A ausência de algum dado ou informação necessária não exime a CONTRATADA de fornecê-la oportunamente quando requisitado pela CONTRATANTE, inclusive no momento de abertura da proposta. A falta dessa manifestação poderá ensejar a desclassificação da proposta.

**3.1.12.13.** A Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim goza de isenções e imunidade tributária que deverão ser utilizadas para viabilizar a importação direta. A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para efetivar a importação. Os documentos necessários para a comprovação de isenções e imunidade junto aos órgãos pertinentes serão disponibilizados pela CONTRATANTE.

**3.1.12.13.1.** A documentação de isenção e imunidade dos tributos ficará a cargo da Celiberto Logísticas solicitar à FHSTE no momento em que começar os trâmites da importação.

### 4. DA GARANTIA

**4.1.** A garantia integral de mão de obra, partes, peças, equipamentos e acessórios para o sistema de osmose reversa ofertado será de 24 (vinte e quatro) meses, iniciados a partir da emissão do Termo de Aceitação Técnica Definitivo a ser emitido pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, a partir da entrega, testes de aceitação e treinamento aos profissionais da Contratante, devendo abranger cada parte do sistema, objeto desta Licitação, completo e todos os seus acessórios. Está incluso na garantia exigida, sem quaisquer ônus à FHSTE:

**4.1.1.** A manutenção preventiva e corretiva (quando necessária) do equipamento completo e seus acessórios.

**4.1.1.2.** Em até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, a contratada deverá encaminhar para aprovação da contratante, cronograma de manutenções preventivas, contemplando o período de 24 meses. As manutenções preventivas deverão ser realizadas conforme indicação do fabricante, constante em ficha técnica ou manual registrado junto a ANVISA.

**4.1.1.3.** A manutenção preventiva incluirá todos os procedimentos necessários para minimizar a incidência de falhas ou defeitos no equipamento ofertado, incluindo limpeza, lubrificação, inspeção, testes e ajustes.

**4.1.2.** A substituição e/ou reposição de peças e componentes do equipamento que por ventura venham apresentar falhas ou defeitos;

**4.1.3.** As despesas decorrentes de deslocamento, estadia, traslado, alimentação e outras, dos técnicos responsáveis pela assistência técnica do equipamento, para atendimento a chamado realizado pela FHSTE ou para realização das manutenções preventivas e corretivas durante o período de garantia, serão adimplidas pela empresa contratada, inclusive de frete quando necessário o encaminhamento do equipamento ou acessórios às instalações da assistência técnica autorizada.

**4.1.4.** Para atendimento de chamados por déficit de funcionamento (manutenção corretiva), a empresa deve dar o primeiro atendimento em até 02 horas ininterruptas (podendo ser via remoto), e na necessidade de atendimento presencial, o atendimento deve ser em até no máximo 12 horas ininterruptas, deixando o equipamento neste prazo, totalmente operante. O prazo para reestabelecimento do sistema não poderá ser superior a 12 horas, devido a criticidade do serviço de Hemodiálise, uma vez que, o Hospital é referência em Hemodiálise para a região da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, não podendo interrompê-lo por maior período que o supracitado.

**4.1.5.** As peças substituídas no período da garantia deverão ser novas e originais do fabricante, sem ônus adicionais à Contratante.

**4.1.6.** Fica a Contratada responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal do equipamento e peças, pelo prazo da garantia, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que se fizerem necessárias, sem nenhum ônus à Contratante beneficiária desta aquisição.

**4.1.7.** A Contratada no que couber, deverá realizar atualizações mandatórias e sem custos de versão dos softwares (sistema de controle, sistema operacional e drivers) durante todo o período de garantia.

**4.1.8.** A Contratada deverá garantir a disponibilidade de peças de reposição, acessórios, e serviço de reparo por um período mínimo de 10 (dez) anos a partir da emissão do Termo de Aceitação Técnica definitivo, para o equipamento ofertado.

**4.1.9.** Todas as partes, peças, acessórios e software do equipamento estarão sujeitas ao mesmo período de garantia aqui determinado, desde que não tenham sido objeto de vandalismo, depredação ou mau uso.

**4.1.10.** É de responsabilidade da Contratada comprovar e demonstrar, por meio de relatório técnico, emitido por profissional qualificado com o devido registro no Conselho de Classe competente, que o equipamento foi objeto de vandalismo, depredação ou mau uso. O relatório deverá, no mínimo, conter fotos, ensaios e testes realizados para identificação do defeito, causas dos defeitos apresentados e o nome completo do (s) profissional (is) que elaboraram o documento. Uma cópia física, datada e assinada deve ser encaminhada para a Contratante, que poderá contestar o relatório nas ocasiões em que julgar pertinente.

**4.1.11.** Ao término da garantia, deverá ser fornecido, à Contratante, um relatório técnico, em arquivo eletrônico com todos os chamados técnicos realizados no período da garantia, juntamente com um relatório analítico (com as informações citadas acima) e sintético (estatística por tipo de atendimento e relação de pendências) em relação ao equipamento

## 5. DA FISCALIZAÇÃO

**5.1.** O serviço objeto deste Edital será fiscalizado pelo Fiscal do Contrato, abaixo relacionado e, em sua ausência, por seu substituto em conformidade ao artigo 117 da Lei n.º 14.133/2021:

18.1.1. Item 01 e Item 02 – Superintendente assistencial e Coordenador II – setor de manutenção

## 6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

**6.1.** O pagamento à empresa contratada será efetuado pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim em uma única parcela, ocorrendo em até 07 (sete) dias ininterruptos após a emissão do Termo de Aceitação Técnica Definitivo (entrega, partida técnica e treinamento completo) do equipamento ofertado, mediante a apresentação da Nota Fiscal e avaliação completa e total do objeto por Comissão de Recebimento devidamente designada pela Contratante.

**6.1.1.** Caso se tratar de venda internacional/importação, o pagamento se dará através de Proforma Invoice, no prazo de até três dias após a emissão do referido documento, sendo o valor adjudicado em reais convertido na moeda da proposta vencedora. O valor a ser pago através de Proforma Invoice, após conversão, não poderá ultrapassar o valor em adjudicado em moeda nacional (reais).

**6.1.2. A Nota Fiscal do equipamento fornecido deverá obrigatoriamente conter o seguinte:**

- a) Número da Ordem de Compra;**
- b) Portaria SES nº 240/2024**

**6.1.3.** O pagamento será efetuado diretamente pelo Setor Financeiro da Contratante, à empresa contratada através de Ordem Bancária, creditada na conta corrente da empresa ou PIX, sendo vedada a realização do pagamento através de cobrança bancária como também a emissão de títulos de crédito sob pena das sanções previstas neste Edital e indenização pelos danos decorrentes.

**6.1.4.** Dos pagamentos realizados serão retidos os valores porventura devidos em razão de multas e aplicadas à empresa contratada;

**6.1.5.** Os valores adjudicados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência do Contrato.



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

**6.2.** No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha colaborado de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

**6.2.1.** O valor dos encargos será calculado pela fórmula:  $EM = I \times N \times VP$ , onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

### 7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

**7.1.** Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item.

### 8. DA ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

**8.1** O preço de referência para o objeto do Processo Licitatório Pregão Eletrônico 11/2026 deriva de pesquisa de preços de mercado realizada pelo Setor de Projetos, previamente a aprovação do projeto e formalização da Portaria nº 240/2024, da Secretaria Estadual de Saúde. O valor máximo aceitável fica assim estabelecido:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (máximo aceitável)	Valor Total
01	Sistema de osmose reversa	01 (um)	R\$ 267.213,23	R\$ 267.213,23



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

### ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2026

CONTRATO Nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**CONTRATO DE FORNECIMENTO, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM E \_\_\_\_\_ DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2026.**

**FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM**, Fundação Pública de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob número 89.421.259/0001-10, inscrito no registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas de Erechim sob nº 3.369, com sede na cidade de Erechim, RS., à Rua Itália, 919, na condição de **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor Executivo, \_\_\_\_\_, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), residente e domiciliado na cidade de \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, e

\_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob número \_\_\_\_\_, com sede na cidade de \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, na rua (av) \_\_\_\_\_, n.º \_\_\_\_\_, na condição de **CONTRATADA**, neste ato representada por seu (sua) (representante legal), \_\_\_\_\_, (nacionalidade), (profissão), (estado civil), residente e domiciliado (a) na cidade de \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, têm justo e contratado na forma das estipulações a seguir clausuladas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

**1.1.** A aquisição, pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, de materiais e equipamentos permanentes para Hemodiálise, **uma unidade de Sistema de tratamento de água por osmose reversa**, conforme Portaria SES nº 240/2024 e conforme memorial descritivo e demais anexos deste edital, contemplando projeto para instalação, entrega, montagem, partida técnica, garantia e treinamento aos colaboradores indicados pela FHSTE.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

**2.1.** Pelo presente instrumento à Contratada é adjudicado o objeto desse contrato na conformidade das normas e condições constantes no Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 12/2026 da Contratante, assim como a proposta da empresa adjudicada, que passam a fazer parte desse contrato, como se aqui transcritos estivesse.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO

**3.1.** A empresa contratada obriga-se a:

**3.1.1.** Fornecer o equipamento ofertado conforme exigências do Edital, do Memorial Descritivo, do Contrato, da Proposta, da Lei de Licitações e legislação específica atinente no prazo máximo de 180 (cento e vinte) dias ininterruptos após a emissão da ordem de compra, pela Contratante à Contratada, conforme cronograma contido no subitem 3.1.6 com frete pago, devendo o sistema e seus acessórios serem entregues junto ao Setor de Hemodiálise da FHSTE, no endereço Rua Itália, 919, Bairro Centro, Cidade de Erechim/RS, CEP 99700-048

**3.1.1.1.** A FHSTE não disponibilizará de profissionais para auxiliar na descarga do equipamento, devendo a empresa contar com ferramentas completas para a realização do descarregamento e colocação no local indicado pela FHSTE.

**3.1.2.** Substituir o equipamento e/ou acessórios fornecidos em desacordo com as características e especificações exigidas, sem qualquer ônus a FHSTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias ininterruptos.

**3.1.3.** Cumprir prazos e condições de entrega.

**3.1.4.** Manter durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação.

**3.1.5.** Atender obrigatoriamente a todas as condições específicas constantes no Memorial Descritivo e Edital.

**3.1.6. Prazos para a entrega do equipamento: 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos, obedecendo ao que segue abaixo:**

**3.1.6.1.** Na data de emissão do contrato, será emitida a ordem de compra, iniciando-se o prazo de entrega. Quanto a entrega do equipamento, somente poderá ser realizada após emitida a autorização de entrega, pela Contratada, conforme os prazos dos subitens a seguir.

**3.1.6.2.** No prazo de no máximo 10 (dez) dias ininterruptos após a assinatura do contrato, a Contratada deverá realizar visita técnica junto às instalações do setor de hemodiálise da FHSTE, verificando o local a ser instalado o sistema objeto do presente Edital.

**3.1.6.3.** A Contratada deverá fornecer, no prazo de 20 (vinte) dias ininterruptos contados a partir da visita técnica, o detalhamento técnico, com projeto executivo, memorial descritivo, planilha orçamentária e ART, quanto às necessidades de instalação do equipamento e sua respectiva rede de distribuição e alimentação dos equipamentos de hemodiálise, contemplando às instalações de rede elétrica, rede de água e toda e qualquer estrutura necessária ao perfeito funcionamento do sistema, aterramento, temperatura, dimensões do local, blindagem (se houver necessidade), umidade, poeira, partículas ou poluentes, proteção ambiental, riscos de acidentes e todas as demais condições físicas pertinentes à instalação e ao funcionamento do equipamento e proteção ao meio ambiente.

**3.1.6.4.** A Contratante (FHSTE) deverá, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias ininterruptos após o recebimento da documentação completa do item acima, executar a obra e serviços para instalação do sistema, e emitir a autorização de entrega.

**3.1.6.4.1.** A Contratada, durante o prazo do subitem acima, deverá estar disponível, podendo ser via acesso remoto, para dirimir quaisquer dúvidas relativas à execução da obra e serviços contempladas no projeto apresentado, bem como, ao término da obra, a contratada deverá realizar uma visita técnica objetivando vistoriar o serviço realizado, previamente a instalação do sistema de osmose reversa.

**3.1.6.5.** A Contratada, no prazo de 30 (trinta) dias ininterruptos após a emissão da autorização de entrega, deverá realizar a entrega do sistema, nas instalações da FHSTE, conforme local e condições de entrega constantes no subitem 3.1.7.

**3.1.6.6.** A Contratada deverá iniciar a instalação e partida técnica do sistema no prazo máximo de 10 dias ininterruptos após a entrega do equipamento.

**3.1.6.1. Devido a criticidade do serviço de hemodiálise, a instalação e partida técnica (contemplando testes de funcionalidade) deverá ocorrer durante um final de semana, iniciando a instalação no sábado ao meio dia, tendo como prazo máximo de finalização, na segunda feira seguinte ao meio dia, totalizando 02 dias ininterruptos.**

**3.1.6.7.** A Contratada, imediatamente após a partida técnica, deverá realizar treinamento do sistema ora instalado, devendo contemplar treinamento completo de operação, conservação do equipamento aos colaboradores e profissionais médicos indicados pela FHSTE.

**3.1.6.9.** A Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias ininterruptos, deverá fornecer os certificados referente cada treinamento realizado.

### **3.1.7. Do local e condições de entrega:**

**3.1.7.1.** O equipamento objeto do presente Edital deverá ser entregue nas instalações da FHSTE, Rua Itália, nº 919, Centro, Erechim/RS, CEP 99700-048, junto ao setor de hemodiálise.

**3.1.7.2.** O acesso para a descarga do equipamento será pela rua lateral, Rua Porto Alegre, ao lado da emergência da FHSTE, junto ao pátio interno.

**3.1.7.3. Para que o equipamento seja descarregado e instalado no local indicado pela Contratante, não será permitida a quebra de paredes. A empresa contratada deverá deslocar o sistema e acessórios até o local de instalação, setor de hemodiálise, acessando o pátio interno do Hospital, subir via elevador até o segundo pavimento, onde se encontra o local de instalação.**



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

**15.1.8.** Fornecer os equipamentos alimentados por energia elétrica para operação compatível em tensão trifásica 380VCA

**3.1.9.** Fornecer todos os cabos, conexões, acessórios, etc, indispensáveis ao funcionamento do equipamento.

**3.1.10.** Disponibilizar uma cópia do Manual de Operação, e Manual de Conservação, originais do fabricante e em língua portuguesa, podendo acompanhar tradução se necessário, para o equipamento ofertado;

**3.1.11.** A Contratada deverá apresentar à Contratante quando da partida técnica do equipamento, documento datado e assinado por profissional qualificado responsável pela assistência técnica durante o período de garantia, contendo a Programação de Manutenção Preventiva, durante o período de garantia, sendo considerado em sua elaboração todas as condições necessárias à sua execução conforme premissas do fabricante.

**3.1.12.** No caso de importação, a empresa CONTRATADA deverá:

**3.1.12.1.** Apresentar a mercadoria em condições para que a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim realize a importação direta, obrigatoriamente na modalidade INCOTERM DAP – Deliverid at Place – Entregue no local.

**3.1.12.2.** A CONTRATADA será a responsável de custos de transporte internacional, transporte nacional, seguro nacional e internacional, armazenamento, embalagens, identificação e carregamento da mercadoria, taxas aéreas, taxas da Anvisa (GRU), taxa do Siscomex, taxas marítimas, descarga, instalação nas dependências da CONTRATANTE, inspeção e peritagem da mercadoria, taxas, encargos e serviços do despachante aduaneiro, e todos os demais atos inerentes até a entrega efetiva e funcionamento do equipamento na FHSTE. A única responsabilidade da CONTRATANTE será o desembaraço aduaneiro (taxas) para importar a mercadoria.

**3.1.12.3.** O Despachante Aduaneiro credenciado pela CONTRATANTE perante a RFB (Receita Federal) é a empresa CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA, localizada na cidade de Porto Alegre, RS. A empresa CONTRATADA, após a assinatura do contrato, deverá contatar a Celiberto Logística para as providências e começo da importação, enviando a fatura proforma com todas as especificações técnicas e necessárias, inclusive dados de registro do produto junto a Anvisa, para análise e autorização de embarque. Após o embarque das mercadorias no exterior, a CONTRATADA deverá enviar a Celiberto Logística o PRÉ ALERT com cópia de todos os documentos de embarque, para análise e registro da Licença de Importação (LI) ou documento equivalente, e acompanhar a chegada da mercadoria no terminal indicado.

**3.1.12.4.** A empresa CONTRATADA será responsável integralmente por qualquer avaria, riscos, violações e eventuais problemas ocorridos durante o transporte da mercadoria até a efetiva entrega, instalação e partida técnica, nas instalações da CONTRATANTE.

**3.1.12.5.** A empresa deverá ter representantes legais no Brasil com poderes expressos para receber notificações e responder administrativa e judicialmente, bem como assinar contrato, se for o caso, em nome da empresa.

**3.1.12.6.** A CONTRADADA deverá apresentar o preço de seu produto importado, na moeda estrangeira para o processo de importação direta pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim.

**3.1.12.7.** O valor proposto será apurado em reais para efeito de classificação da proposta, de acordo com a cotação obtida pelo Banco Central do Brasil no dia da sessão pública do Pregão Eletrônico (abertura das propostas).

**3.1.12.8.** A empresa CONTRATADA será responsável por retirar a mercadoria no Terminal de Cargas Aérea, no Porto de RGS ou EADIs, e entrega-la no local nas dependências da Contratante no prazo de sete dias úteis após o desembaraço aduaneiro da carga junto a Receita Federal. Qualquer cobrança de armazenagem adicional que não forem devidamente justificada tipo: greve dos fiscais da Receita Federal, Anvisa ou MAPA, será imputada à CONTRATADA. A transportadora rodoviária contratada que retirar as mercadorias pós desembaraço aduaneiro, deverá ter registro junto a Anvisa, permitindo o transporte rodoviário de correlatos.

**3.1.12.8.1.** Se for via aérea, o destino deverá ser aeroporto int'l de Porto Alegre – RS



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

**3.1.12.8.2.** Se for via marítima, o destino deverá ser porto de Rio Grande – RS (Tecon).

**3.1.12.8.3.** Se for com transito aduaneiro para EADIs Metropolitanas (Canoas ou Novo Hamburgo)

**3.1.12.9.** A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de cinco dias úteis após a solicitação, apresentar qualquer documento requisitado para o processo de importação ou desembaraço aduaneiro, ou eventualmente exigido pela autoridade aduaneira. O não cumprimento desse prazo, que acarrete despesas extras de armazenagem ou outras despesas aduaneiras, será de responsabilidade da CONTRATADA, e não haverá acréscimo no valor da proposta, sem prejuízo a eventuais multas pelo descumprimento do prazo estabelecido, conforme disposição contratual.

**3.1.12.10.** A CONTRATADA deverá providir adiantamento de despesas aduaneiras a serem pagas no ato do desembaraço aduaneiro ao despachante, conforme planilha previamente enviada com valores estimado.

**3.1.12.11.** A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente que o licitante vencedor possa querer imputar à instituição. **A única obrigação da CONTRATANTE é o desembaraço aduaneiro para importar a mercadoria.** Caso o processo de desembaraço sofra alguma interrupção, suspensão, intercorrência ou demora devido a problemas relacionado a mercadoria, carga, documentação do equipamento ou da Contratada, as despesas de armazenagem a partir da identificação do problema serão imputadas à Contratada.

**3.1.12.12.** A ausência de algum dado ou informação necessária não exime a CONTRATADA de fornecê-la oportunamente quando requisitado pela CONTRATANTE, inclusive no momento de abertura da proposta. A falta dessa manifestação poderá ensejar a desclassificação da proposta.

**3.1.12.13.** A Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim goza de isenções e imunidade tributária que deverão ser utilizadas para viabilizar a importação direta. A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para efetivar a importação. Os documentos necessários para a comprovação de isenções e imunidade junto aos órgãos pertinentes serão disponibilizados pela CONTRATANTE.

**3.1.12.13.1.** A documentação de isenção e imunidade dos tributos ficará a cargo da Celiberto Logísticas solicitar à FHSTE no momento em que começar os trâmites da importação.

### 4. CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA

**4.1.** A garantia integral de mão de obra, partes, peças, equipamentos e acessórios para o sistema de osmose reversa ofertado será de 24 (vinte e quatro) meses, iniciados a partir da emissão do Termo de Aceitação Técnica Definitivo a ser emitido pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, a partir da entrega, testes de aceitação e treinamento aos profissionais da Contratante, devendo abranger cada parte do sistema, objeto desta Licitação, completo e todos os seus acessórios. Está incluso na garantia exigida, sem quaisquer ônus à FHSTE:

**4.1.1.** A manutenção preventiva e corretiva (quando necessária) do equipamento completo e seus acessórios.

**4.1.1.2.** Em até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, a contratada deverá encaminhar para aprovação da contratante, cronograma de manutenções preventivas, contemplando o período de 24 meses. As manutenções preventivas deverão ser realizadas conforme indicação do fabricante, constante em ficha técnica ou manual registrado junto a ANVISA.

**4.1.1.3.** A manutenção preventiva incluirá todos os procedimentos necessários para minimizar a incidência de falhas ou defeitos no equipamento ofertado, incluindo limpeza, lubrificação, inspeção, testes e ajustes.

**4.1.2.** A substituição e/ou reposição de peças e componentes do equipamento que por ventura venham apresentar falhas ou defeitos;

**4.1.3.** As despesas decorrentes de deslocamento, estadia, traslado, alimentação e outras, dos técnicos responsáveis pela assistência técnica do equipamento, para atendimento a chamado realizado pela FHSTE ou para realização das manutenções preventivas e corretivas durante o período de garantia, serão adimplidas pela empresa contratada, inclusive de frete quando necessário o encaminhamento do equipamento ou acessórios às instalações da assistência técnica autorizada.



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

**4.1.4.** Para atendimento de chamados por déficit de funcionamento (manutenção corretiva), a empresa deve dar o primeiro atendimento em até 02 horas ininterruptas (podendo ser via remoto), e na necessidade de atendimento presencial, o atendimento deve ser em até no máximo 12 horas ininterruptas, deixando o equipamento neste prazo, totalmente operante. O prazo para reestabelecimento do sistema não poderá ser superior a 12 horas, devido a criticidade do serviço de Hemodiálise, uma vez que, o Hospital é referência em Hemodiálise para a região da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, não podendo interrompê-lo por maior período que o supracitado.

**4.1.5.** As peças substituídas no período da garantia deverão ser novas e originais do fabricante, sem ônus adicionais à Contratante.

**4.1.6.** Fica a Contratada responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal do equipamento e peças, pelo prazo da garantia, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que se fizerem necessárias, sem nenhum ônus à Contratante beneficiária desta aquisição.

**4.1.7.** A Contratada no que couber, deverá realizar atualizações mandatórias e sem custos de versão dos softwares (sistema de controle, sistema operacional e drivers) durante todo o período de garantia.

**4.1.8.** A Contratada deverá garantir a disponibilidade de peças de reposição, acessórios, e serviço de reparo por um período mínimo de 10 (dez) anos a partir da emissão do Termo de Aceitação Técnica definitivo, para o equipamento ofertado.

**4.1.9.** Todas as partes, peças, acessórios e software do equipamento estarão sujeitas ao mesmo período de garantia aqui determinado, desde que não tenham sido objeto de vandalismo, depredação ou mau uso.

**4.1.10.** É de responsabilidade da Contratada comprovar e demonstrar, por meio de relatório técnico, emitido por profissional qualificado com o devido registro no Conselho de Classe competente, que o equipamento foi objeto de vandalismo, depredação ou mau uso. O relatório deverá, no mínimo, conter fotos, ensaios e testes realizados para identificação do defeito, causas dos defeitos apresentados e o nome completo do (s) profissional (is) que elaboraram o documento. Uma cópia física, datada e assinada deve ser encaminhada para a Contratante, que poderá contestar o relatório nas ocasiões em que julgar pertinente.

**4.1.11.** Ao término da garantia, deverá ser fornecido, à Contratante, um relatório técnico, em arquivo eletrônico com todos os chamados técnicos realizados no período da garantia, juntamente com um relatório analítico (com as informações citadas acima) e sintético (estatística por tipo de atendimento e relação de pendências) em relação ao equipamento

### **CLÁUSULA QUINTA – PRAZO**

**5.1.** O prazo de entrega deverá ser de no máximo 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos após a emissão, pela contratante, da ordem de compra, conforme cronograma constante no subitem 3.1.6 do presente contrato.

### **CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO**

**6.1.** O pagamento à empresa contratada será efetuado pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim em uma única parcela, ocorrendo em até 07 (sete) dias ininterruptos após a emissão do Termo de Aceitação Técnica Definitivo (entrega, partida técnica e treinamento completo) do equipamento ofertado, mediante a apresentação da Nota Fiscal e avaliação completa e total do objeto por Comissão de Recebimento devidamente designada pela Contratante.

**6.1.1.** Caso se tratar de venda internacional/importação, o pagamento se dará através de Proforma Invoice, no prazo de até três dias após a emissão do referido documento, sendo o valor adjudicado em reais convertido na moeda da proposta vencedora. O valor a ser pago através de Proforma Invoice, após conversão, não poderá ultrapassar o valor em adjudicado em moeda nacional (reais).

**6.1.2. A Nota Fiscal do equipamento fornecido deverá obrigatoriamente conter o seguinte:**

- a) Número da Ordem de Compra;**
- b) Portaria SES nº 240/2024**



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

**6.1.3.** O pagamento será efetuado diretamente pelo Setor Financeiro da Contratante, à empresa contratada através de Ordem Bancária, creditada na conta corrente da empresa ou PIX, sendo vedada a realização do pagamento através de cobrança bancária como também a emissão de títulos de crédito sob pena das sanções previstas neste Edital e indenização pelos danos decorrentes.

**6.1.4.** Dos pagamentos realizados serão retidos os valores porventura devidos em razão de multas e aplicadas à empresa contratada;

**6.1.5.** Os valores adjudicados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência do Contrato.

**6.2.** No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha colaborado de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

**6.2.1.** O valor dos encargos será calculado pela fórmula:  $EM = I \times N \times VP$ , onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

**7.1.** No caso de inadimplemento, a empresa contratada estará sujeita às seguintes penalidades:

**7.1.1.** Advertência;

**7.1.2.** Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta adjudicada ao licitante vencedor, quando este deixar de devolver o contrato assinado ou devolvê-lo sem assinatura, dentro do prazo de 5 ( cinco ) dias úteis após seu recebimento;

**7.1.3.** Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da compra, sempre que a empresa contratada atrasar a entrega dos equipamentos objeto da Ordem de Compra;

**7.1.4.** Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta adjudicada à empresa contratada, sempre que esta descumprir qualquer obrigação assumida em face da licitação e do contrato, especialmente quanto aos prazos de manutenção preventiva e/ou corretiva, durante o prazo de garantia;

**7.2.** Além da multa, a FHSTE poderá aplicar em face do descumprimento total ou parcial das obrigações, garantida a prévia defesa, as sanções previstas no Artigo 156 da Lei 14.133/2021, em conformidade ao disposto no Artigo 155 da referida Lei, ressalvados os casos específicos em que o descumprimento de uma obrigação já possua penalidades pecuniárias própria e expressamente cominada no subitem 19.3.

**7.3.** Impedimento de licitar e contratar com a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim por período não superior a três anos; e

**7.4.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

**7.5.** Ocorrendo à inexecução contratual, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação do certame, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.

**7.5.1.** A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

**7.6.** A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

### CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

**8.1.** O serviço objeto deste Edital será fiscalizado pelo Fiscal do Contrato, abaixo relacionado e, em sua ausência, por seu substituto em conformidade ao artigo 117 da Lei n.º 14.133/2021:

**18.1.1.** Item 01 e Item 02– Superintendente assistencial e Coordenador II – setor de manutenção



## Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

### **CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO**

9.1. São motivos para rescisão contratual, a ocorrência de qualquer um dos motivos elencados no artigo 137 da Lei n.º 14.133/2021.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

10.1. Rege o presente contrato e as relações dele decorrentes a Lei 14.133/2021, e alterações posteriores.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

11.1. Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, a Contratante poderá, garantida a defesa prévia aplicar à Contratada, as seguintes sanções:

- Advertência;
- Multa;
- Rescisão contratual;
- Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração;
- Declaração de inidoneidade para licitar.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

12.1. As despesas deste processo de licitação serão adimplidas pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim com os saldos de recursos da Portaria SES nº 240/2024 ou com os recursos auferidos através da prestação de serviços hospitalares, ou outra fonte de recursos específica.

### **CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

13.1. Todas as eventuais questões originadas deste contrato serão resolvidas pela aplicação da Legislação Civil, pertinente aos contratos administrativos, e pelas disposições do Direito Administrativo, aplicáveis à Administração Municipal.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Erechim, RS., para dirimirem todas e quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem de pleno acordo e perfeitamente contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, depois de, lido, conferido e considerado conforme em todos os seus termos, juntamente com as testemunhas.

Erechim, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

**Diretor Executivo**  
**Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim**  
**CONTRATANTE**

**Fiscal do Contrato**  
**Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim**  
**CONTRATANTE**

**CONTRATADA**

Testemunhas:

\_\_\_\_\_

ANEXO V – PLANTA BAIXA – SETOR HEMODIÁLISE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2026

